

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Zakup i dostawę odczynników diagnostycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 14/14PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet 23, pozycja 2: Czy Zamawiający zgodzi się na testy o czułości i swoistości 99 % względem innych testów immunochromatograficznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 24, pozycja 2: Czy Zamawiający zgodzi się na testy z przechowywaniem próbki w temp 2-8C do 24 godzin, a w -20 do pół roku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pakiet 24, pozycja 3: Czy Zamawiający zgodzi się na testy o poniższych czułościach i swoistościach względem podanych metod: Czułość Swoistość Metoda referencyjna Rotavirus > 99.9 % > 99.9 % real time PCR Adenovirus > 99.9 % > 99.9 % test immunochromatograficzny Norovirus GGI 87.5 % 98.9 % real time PCR Norovirus GGII 95.0 % 98.9 % real time PCR

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Pakiet 34, pozycja 2: Czy Zamawiający zaakceptuje szybki test immunochromatograficzny do wykonania z kału i różnicowania serogrup O:3 i O:9?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Pakiet 34, pozycja 2 i 3: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pakiet 35, pozycja 2: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

