

Bytom dnia: 2021-06-07

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Zakup i dostawę odczynników diagnostycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 14/14PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 pakiet 23 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 20 oznaczeń w opakowaniu z opcją zaokrąglenia „w dół” do 40 testów lub zaokrąglenia „w górę” do 60 testów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę do 60 testów.

Pytanie 2 pakiet 25 pozycja 5 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania barwnika konfekcjonowanego po 250ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 pakiet 31 pozycja 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania oznaczenia z surowicy krwi, pozostając jednocześnie przy wymogu możliwości wykonania oznaczenia z płynu mózgowo-rdzeniowego oraz hodowli bakteryjnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 pakiet 31 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 25 oznaczeń w opakowaniu z opcją zaokrąglenia „w dół” do 50 testów lub zaokrąglenia „w górę” do 75 testów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę do 50 oznaczeń.

Pytanie 5 pakiet 31 pozycja 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy opisując przedmiot Zamówienia jako " Szybki test immunochromatograficzny do identyfikacji 5 karbapenemaz w 1 teście" ma na myśli na jednej kasetce, w tym samym czasie oraz podczas pojedynczej procedury napełnienia testu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak oznaczenie na jednej kasetce w tym samym czasie.

Pytanie 6 pakiet 32 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 60 oznaczeń w opakowaniu z opcją zaokrąglenia „w dół” do 120 testów lub zaokrąglenia „w górę” do 180 testów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę do 120 oznaczeń.

W imieniu Zamawiającego

