

Bytom dnia: 2021-06-07

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Zakup i dostawę odczynników diagnostycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 14/14PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do pakietu nr 35 - Szybkie testy diagnostyczne

1) Czy przez sformułowanie "kontrola dodatnia i ujemna" Zamawiający rozumie kontrolę gotową do użycia w formie wymazówki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza kontrole w innej formie.

2) Czy Zamawiający wymaga dwustronnie zakręcanych probówek ekstrakcyjnych co gwarantuje bezpieczny transport i dozowanie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

3) Czy w celu obiektywnego określenia jakości oferowanych testów Zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał status EUL WHO?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

4) Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą instrukcji metodycznych testów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga w języku polskim.

W imieniu Zamawiającego

