

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Zakup i dostawę odczynników diagnostycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 14/14PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie medium do zaklejania preparatów histologicznych: klej szybkoschnący, syntetyczny, przeznaczony do ręcznego zaklejania preparatów mikroskopowych szkiełkami nakrywkowymi, charakteryzujące się średnią lepkością na bazie ksylenu. Klej o średniej gęstości/lepkości 850-950 cps dla temp. 20°C, op. 500ml. Opakowania plastikowe z nakrętką + aktualna karta charakterystyki w języku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że preparat będzie spełniał wymagania poniżej 50% ksylenu.

Pytanie nr 2 – zadanie nr 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 2 z zadania nr 15 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zbyt mała wartość pozycji, wydzielenie spowoduje brak ofert nieopłacalną dostawą.

Pytanie nr 3 – zadanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynnika EA50 który jest dużo bardziej wydajny niż wymagany EA36?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – zadanie nr 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 3 z zadania nr 16 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zbyt mała wartość pozycji, wydzielenie spowoduje brak ofert nieopłacalną dostawą.

W imieniu Zamawiającego

