

Bytom dnia: 2021-06-08

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Zakup i dostawę odczynników diagnostycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 14/14PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zapytania do pakietu nr 5

1. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie do jakiego systemu, mikrometody będzie stosowany standard anty-D w pozycji nr 2 pakietu nr 5. Informacja jest niezbędna do sporządzenia oferty, ponieważ wykonawca musi dobrać odczynnik kompatybilny do określonej mikrometody, którą posiada Zamawiający.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający używa systemu firmy Grifols - Mikrokolumnowy żelowy system – DG Gel System.**

2. Czy w pozycji nr nr 4 pakietu nr 5 (Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO) można zaoferować zestawy 3x5 ml w ilości 112 zestawów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak**

3. Czy w pozycji nr nr 4 pakietu nr 5 (Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO) można zaoferować zestawy 3x10 ml w ilości 56 zestawów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie.**

4. Czy w pozycji nr 6 pakietu nr 5 należy zaoferować surowicę barwioną czyli AHG?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak**

5. Czy w pozycji nr 15 pakietu nr 5 Zamawiający wymaga surowicy grupy AB z certyfikatem jednostki notyfikowanej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga.**

6. Czy w pozycji nr 19 pakietu nr 5 można zaoferować płyty z 8 wgłębieniami w szeregu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak**

7. Do jakiego rodzaju mikrometody ( nazwa systemu) ma być dedykowany odczynnik z pozycji nr 2 pakiet nr 5.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający używa systemu firmy Grifols - Mikrokolumnowy żelowy system – DG Gel System.**

8. Czy Zamawiający pozwoli na dostawy odczynników krwiopochodnych zgodnie z harmonogramem producenta, który jest wymuszony terminami poboru krwi od dawców o specyficznych przeciwciałach?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak**

W imieniu Zamawiającego

