

Bytom dnia: 2021-07-05

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 19/19PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 poz. 3 ,5 w przedmiotowym postępowaniu:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 3 testu, którego czułość w odniesieniu do rotawirusów wynosi 97,3%, do adenowirusów 95,2%, natomiast czułość w stosunku do norowirusów w odniesieniu do RT-PCR wynosi 95,7%. Specyficzność w stosunku do rotawirusów wynosi 97,1%, do adenowirusów wynosi 97,7%, natomiast w stosunku do norowirusa wynosi 91,7%.

**Stanowisko Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 5 testu, którego czułość wynosi 96,2%, a swoistość 97,8?

**Stanowisko Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

W imieniu Zamawiającego

