

Bytom dnia: 2021-07-06

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 19/19PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie1:

Pakiet2 punkt 1:

Czy Zamawiający dopuści parafinę granulowaną do mikroskopii do badań histopatologicznych (duża przejrzystość) o temp. topnienia 56-58° C?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

