

Bytom dnia: 2021-07-09

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu - zakup wyposażenia II - dostawa wózków do transportu pacjenta w pozycji: siedzącej, leżącej, dostawa łatwoślizgów, dostawa wózków serwisowych do sprzątania, maszyny czyszczącej, odkurzacza na sucho i mokro, parownicy do mycia i dezynfekcji, oraz drabiny aluminiowej."** – znak sprawy 20/20PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 1 - Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej, 7szt

1. Zwracamy się z prośbą o podanie szerokości wózka do transportu pacjenta w pozycji siedzącej (53, 56 czy 60 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza szerokość wózka: 58cm (+/- 3cm).

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wózka do transportu pacjenta w pozycji siedzącej z kołami bezdętkowymi czy z kołami pompowanymi, na co sugerowałaby pompka do pompowania kół w zestawie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga kół bezdętkowych.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej z nylonową tapicerką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków do transportu pacjenta w pozycji siedzącej z 24 miesięczną gwarancją? Producent wózków inwalidzkich nawet za dodatkową opłatą nie udziela 36- miesięcznej gwarancji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Załącznik A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 2 - Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, 8 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej o wymiarach 78 x 218 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

