

Bytom dnia: 2021-07-09

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu - zakup wyposażenia II - dostawa wózków do transportu pacjenta w pozycji: siedzącej, leżącej, dostawa łatwoślizgów, dostawa wózków serwisowych do sprzątania, maszyny czyszczącej, odkurzacza na sucho i mokro, parownicy do mycia i dezynfekcji, oraz drabiny aluminiowej." – znak sprawy 20/20PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Pytania do Załącznika nr 7 (pakiet nr 2) – Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 8 sztuk:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, który posiada następujące wymiary leża: szerokość wraz z poręczami bocznymi wynoszącą 75 cm; szerokość bez poręczy bocznych wynoszącą 68 cm; długość wynoszącą 200 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, który posiada wymiary materaca wynoszące szerokość 58,6 cm; długość 191,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, który posiada grubość materaca wynoszącą 6 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, który posiada bezpieczne obciążenie robocze wynoszące 170 kg?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, który posiada regulację wysokości leża/ siedziska za pomocą nożnej pompy hydraulicznej dostępnej z obu

stron wózka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, który posiada koła zaopatrzone w centralną blokadę, z jednym kołem do jazdy na wprost, dźwignie blokady umiejscowione w dwóch narożach podstawy po przekątnej: jedna od strony głowy pacjenta; druga od strony nóg pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

