



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2021-10-25

Pismo: NZ/57/D/P/LW/2021/169

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy podłoży do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania posiewów"** – znak sprawy **NZ/57/D/P/LW/2021**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1:

Pytanie nr 1

Rozdział 10.1 SWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację?

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Pytania dotyczące projektu umowy dostawy:

2. §5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

1/2

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

„Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia faktury do każdej dostawy. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres:”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3

§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 10 umowy oraz kolejne 14 dni w wysokości 1 % wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek opóźnienia.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4

§7 ust. 5 i 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy naliczania kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w taki sposób aby kara umowna była liczona od wartości brutto niezrealizowanej części umowy a nie jak dotychczas od wartości trzyletniego kontraktu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5

Pytania dotyczące projektu umowy dzierżawy:

5. §1 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania określonego w § 1 aparatu w terminie 28 dni od daty podpisania umowy.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu mając na uwadze czas niezbędny do dopełnienia wszelkich formalności związanych z dostarczeniem aparatu, a także jego sprowadzeniem z zagranicy bezpośrednio od producenta urządzeń oraz wnosimy o ujednolicenie zapisów zgodnie z punktem 18 opisu wymaganych parametrów technicznych aparatu do wykonywania posiewów, gdzie Zamawiający określił termin dostawy aparatu na 28 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W wypadku, gdy przewidywany termin naprawy aparatu przekroczy 48 godzin w dni robocze Wykonawca zobowiązuje się na dalszy czas naprawy dostarczyć aparat zastępczy o nie gorszych parametrach.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody