



Poznań, dnia 04.02.2022r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę aparatury badawczej - 2 części (piec do karbonizacji, wektorowy analizator obwodów), nr sprawy ZP/5287/D/21.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

1. Jaki jest wymagany przez Państwa poziom próżni dla stanowiska próżniowego pieca?

Odp.: Ciśnienie minimum 1×10^{-2} bar.

2. Czy mają Państwo zabezpieczoną odpowiednią infrastrukturę (elektryczną, gazową oraz system chłodzenia)?

Odp.: Tak, posiadamy przyłącza prądowe 3 fazowe o zabezpieczeniach 32 lub 64 amper. Dostęp do wody chłodzącej o wydajności min. 40 L/min oraz dostęp do gazów technicznych i sprężonego powietrza.

3. Czy oferta powinna obejmować w cenie dostarczenie niezbędnej chłodnicy dla pieca?

Odp.: Oferta powinna obejmować wszystkie komponenty zapewniające osiągnięcie wszystkich parametrów podanych w specyfikacji oraz poprawne i bezpieczne działanie pieca.

4. Piec, który jest wymagany produkowany jest na specjalne zamówienie i wymagane są następujące przedpłaty 50% z zamówieniem, 30% przed wysyłką oraz 20% po dostawie. Pytanie czy jeśli złożymy ofertę te warunki są negocjowalne?

Odp.: Zamawiający w tym przypadku będzie dokonywał płatności z użyciem środków grantowych, które nie dopuszczają możliwości zastosowania przedpłaty.

5. *Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – Część 2 – Wektorowy analizator obwodów*
Przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, który jest naprawiany w centrum serwisowym producenta na terenie Niemiec. Po naprawie sprzęt jest dodatkowo kalibrowany. To wszystko powoduje, że cała procedura naprawy może potrwać do 30 dni. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wydłużenie ewentualnego czasu naprawy do 30 dni?


Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w tym zakresie i z związku z powyższym dokonuje stosownej modyfikacji Załącznik nr A do SWZ poprzez zmianę terminu czasu naprawy w zakresie części 2 na 30 dni.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 06, fax +48 61 829 44 00
mb@amu.edu.pl

6. Projektowane postanowienia umowy – Część 2 – Wektorowy analizator obwodów

Trwająca obecnie pandemia COVID-19 powoduje opóźnienia w dostawach różnego rodzaju materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji aparatury pomiarowej. Skutkiem ponownie zwiększającej zasięg pandemii są również kłopoty organizacyjne przedsiębiorstw związane z brakiem pracowników przebywających w izolacji. W konsekwencji czego, sytuacja na rynku jest absolutnie nieprzewidywalna i trudna dla Wykonawców, których wiążą terminy umowne. Na ewentualne opóźnienia w dostawie i naprawie Wykonawca nie ma żadnego wpływu. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych wymienionych w § 7 Kary umowne punkt 1b i 1c do wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto umowy?

Odp.: Procentowa wysokość kar została ustalona przez Zamawiającego, a jej wysokość powinna być adekwatna do ewentualnej szkody, którą Zamawiający może ponieść z tytułu zwłoki. Ponieważ przepisy prawa nie określają wysokości kar, Zamawiający uznaje, że przyjęta w umowie wysokość kar jest adekwatna do ewentualnej szkody, w związku z powyższym nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Z-CIA KANCLERZA
ds. Logistyczno-Administracyjnych

mgr Maria Buzińska