

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503395

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zjednoczenia 10

1.4.2.) Miejscowość: Chorzów

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sswch.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00050023/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-08 11:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00011626/07

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 07

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

Temat: Translokator naczyń - 6 szt.

Opis: urządzenie lokalizujące naczynie krwionośne oraz podświetlające je.

Wykorzystywane do tego jest podczerwień lub laser lub LED, który dokonuje "mapowania naczyń". Wyposażony jest w dwa niezależne źródła emisji światła (np. bliska podczerwień/ bliska podczerwień), które pozwalają na poprawne wyświetlanie mapy w każdych warunkach w tym możliwość projekcji w 5 kolorach i 4 poziomach jasności. Wyposażony jest trybu pomiaru i wskazania głębokości położenia żył, a także panel z kolorowymi diodami i wyświetlaczem ułatwiający pracę personelowi medycznemu wybór odpowiednich funkcji i co oczywiste sam proces włączenia. Dotykowy Panel pozwala na wybieranie nie tylko intensywności projekcji, ale także wielkości okna wyświetlania, możliwości ustawienia trybu pozwalającego dobranie ostrości projekcji, wybór koloru projekcji, możliwość odwrócenia barw i inne. Ma możliwość zastosowania systemów zapobiegających upadkowi urządzenia w wypadku wyslizgnięcia się z ręki operatora, co zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz co za tym idzie kosztami pozagwarancyjnej naprawy. Wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz lub panel z kolorowymi diodami i wyświetlaczem min 1,2" z wbudowanym wyświetlaczem oraz przyciski funkcyjne pozwalające na regulację intensywności projekcji, limitu czasu projekcji itp.; urządzenie na podstawie jezdnej oraz z ładowarką, ładowany akumulatorowo, czas pracy 8h lub minimum 2,5h pracy z możliwością doładowywania podczas pracy, czas ładowania nie większy niż 4 godziny, akumulator litowo-jonowy.

Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, kompletny i po zamontowaniu/zainstalowaniu/ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia wyłącznie fabrycznie nowy, nieregenerowany, niepowystawowy, w stanie kompletnym tj. gwarantującym jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów. Wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający określa minimalny wymagany 24 - miesięczny okres gwarancji liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Po zmianie:

Temat: Translokator naczyń - 6 szt.

Opis: urządzenie lokalizujące naczynie krwionośne oraz podświetlające je.

Cecha Parametr wymagany

Technologia detekcji żył Podczerwień emitowana z użyciem podwójnego źródła LED lub lasera

Tryb wyświetlania obrazu Bezkontaktowe, projekcja na powierzchnię skóry

Obrazowanie w trybie „negatyw” TAK

Zmiana wielkości obrazu TAK

Zmiana kolorów obrazowania TAK

Jasność obrazu regulowana

Odległość pomiaru 10-45 cm od skóry

Czas pracy przy stałym podświetleniu Min. 2.5h

Czas ładowania baterii do maksimum ≤4h

Wbudowany akumulator litowo-jonowy z możliwością doładowywania podczas pracy TAK

Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym również przy rozładowanej baterii Tak, z bezpośrednio przyłączonym kablem oraz na statywie.

Akumulator wymienny przez użytkownika. TAK

Opcja pomiaru głębokości żył ze wskazaniem wyniku pomiaru TAK

Statyw na podstawie jezdnej, z głowicą zatraskową i blokadą kół TAK

Wskaźnik stanu baterii. Diodowy na panelu urządzenia lub wyświetlany z rzutowanym obrazem na skórze pacjenta. TAK

Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, kompletny i po zamontowaniu/zainstalowaniu/ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia wyłącznie fabrycznie nowy, nieregenerowany, niepowystawowy, w stanie kompletnym tj. gwarantującym jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów. Wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający określa minimalny wymagany 24 - miesięczny okres gwarancji liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-02-10 10:00

Po zmianie:

2022-02-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-02-10 10:30

Po zmianie:

2022-02-11 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-03-11

Po zmianie:

2022-03-12