



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Znak sprawy: TP/ZSM/1/22

Chorzów, dnia: 09.02.2022r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie
publiczne

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SWZ 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „**Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie**”.

Na podstawie art. 284 ust.1, 2 i 6 ustawy PZP w związku z zapytaniem Wykonawców – Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (zwana dalej SWZ) w sposób następujący:

Pytanie 44:

W związku z opublikowanymi zmianami SIWZ z dnia 08-02-2022 chcielibyśmy zwrócić uwagę że Zamawiający wykazał dużą niekonsekwencję i w nowo opublikowanej tabeli parametrów pominął bardzo istotne parametry których od początku wymagał i podtrzymywał ich wymóg w kolejnych odpowiedziach na zapytania.

W początkowej tabeli parametrów opublikowanej wraz z SWZ w dniu 11-01-2022 zamawiający wymagał wbudowanego wyświetlacza.

W odpowiedziach na zapytania z dnia 25-01-2022 w odpowiedzi na pytanie 3 zamawiający potwierdził wymóg dostarczenia urządzeń wysokiej klasy w tym panel z kolorowymi diodami i wyświetlaczem. W odpowiedzi na pytanie 6 zamawiający potwierdził że niezbędne informacje mogą być wyświetlane na skórze a nie na wyświetlaczu jednak zgodnie z odpowiedzią wymóg wyświetlacza z pytania 3 został podtrzymany. Rozumieć to należy następująco: informacje mogą być wyświetlane na skórze i/lub wyświetlaczu jednak wymaga się aby urządzenia posiadało wyświetlacz.

W odpowiedzi na Pytanie 40 z dnia 02-02-2022 zamawiający ponownie potwierdził wymóg wbudowanego wyświetlacza i uwzględnił ten parametr w opisie przedmiotu zamówienia opublikowanym jako odpowiedź na to zapytanie.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
email: sekretariat@sswch.pl



ISO 9001
LL-C (Certification)

W odpowiedzi na pytanie 43 opublikowanej z dnia 08-02-2022 zamawiający ponownie opublikował nowy „usystematyzowany” opis przedmiotu zamówienia jednak pominął kwestię wymaganego wyświetlacza w urządzeniu, zapewne z powodu omyłki pisarskiej.

Nie prawdą jest również stwierdzenie że tylko i wyłącznie jeden produkt obecny na rynku skanerów żylnych posiada wbudowany wyświetlacz (ekran) i obecność takiego parametru nie pozwoli na złożenie oferty na inne urządzenia.

Na dowód załączamy zdjęcia kilku przykładowych urządzeń z wyświetlaczami:



W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego aby finalnie uporządkować całość parametrów w których wyświetlacz wymagany przez zamawiającego od samego początku został uwzględniony w tabeli parametrów zachowując systematykę wszystkich udzielonych odpowiedzi i pozwolił zamawiającemu zakupić urządzenia spełniające wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry w najlepszej cenie i z zachowaniem zasad konkurencyjności. Wyświetlacz informuje użytkownika o podstawowych parametrach urządzenia jego kondycji i nastawach.

W związku z powyższym zwracamy się do zamawiającego o dodanie do opublikowanej w dniu 08-02-2020 tabeli parametrów dodatkowej pozycji:

Cecha	Parametr wymagany
Wbudowany wyświetlacz (ekran)	TAK

Liczymy na Państwa przychylność i zrozumienie dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia parametry wymagane w sposób następujący:

Cecha	Parametr wymagany
Technologia detekcji żył	Podczerwień emitowana z użyciem podwójnego źródła LED lub lasera
Tryb wyświetlania obrazu	Bezkontaktowe, projekcja na powierzchnię

*Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego*



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE**

41-500 Chorzów ul. Zjednoczenia 10
tel. /0-32/ 34-63-650 fax. /0-32/ 241-47-33
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
email: sekretariat@sswch.pl

**ISO 9001**

LL-C (Certification)

	skóry
Obrazowanie w trybie „negatyw”	TAK
Zmiana wielkości obrazu	TAK
Zmiana kolorów obrazowania	TAK
Jasność obrazu	regulowana
Odległość pomiaru	10-45 cm od skóry
Czas pracy przy stałym podświetleniu	Min. 2.5h
Czas ładowania baterii do maksimum	≤4h
Wbudowany akumulator litowo-jonowy z możliwością doładowywania podczas pracy	TAK
Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym również przy rozładowanej baterii	Tak, z bezpośrednio przyłączonym kablem oraz na statywie.
Akumulator wymienny przez użytkownika.	TAK
Opcja pomiaru głębokości żył ze wskazaniem wyniku pomiaru	TAK
Statyw na podstawie jezdnej, z głowicą zatraskową i blokadą kół	TAK
Wskaźnik stanu baterii. Diodowy na panelu urządzenia lub wyświetlany z rzutowanym obrazem na skórze pacjenta.	TAK
Wbudowany wyświetlacz (ekran)	TAK

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą


DIREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Chorzowie
Tomasz Pawlak
Dyrektor

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie jest jednostką ochrony zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

 **Śląskie.**