

Bytom dnia: 2022-04-13

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **""Dostawa sprzętu dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu""** – znak sprawy 9/9PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

Dotyczy Część 3 – urządzenia wielofunkcyjne „Czy w drukarce może być zastosowane rozwiązanie zwiększające rozdzielczość druku do 1200x1200 poprzez oprogramowanie? (rozdzielczość interpolowana)”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wiczorek