



Limanowa dnia: 2022-05-04

Pismo: NZ/30/D/P/A/2022/66/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy wyrobów medycznych oraz bielizny noworodkowej ujęte w 9 zadaniach"** – znak sprawy **NZ/30/D/P/A/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW 1

Pytanie 1

Zadanie 1, pozycja 1 -2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rurki intubacyjnej z nazwą producenta na opakowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rurki bez lateksu z ftalanami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga pojemników na materiały skażone w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 5

Zadanie 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę worka o poniższych parametrach:

Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny
Pojemność całkowita worka: 2000 ml
Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
Kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem
Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczeep”
Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
Jednorazowego użytku
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Wyrób klasy I niesterylnej
Pakowanie: 20 sztuk/folia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Zadanie 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę USG w opakowaniu a'144szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Zadanie 5, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu

z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylnej), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną?

Odpowiedź: Marker sterylnej do kontaktu z nienaruszoną skórą

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

ZESTAW 2

Pytanie 1

ZADANIE NR 7

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do przygotowywania cementu kostnego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x miska plastikowa 500 ml

1 x szpatułka do cementu kostnego 17,5 x 3,2 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

2. § 7, ust. 1; 2; 5- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §7 ust. 1 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia;

- §7 ust. 2 do kwoty 0,5% wartości wadliwej części zamówienia;

- §7 ust. 5 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy;

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

ZESTAW 3

Pytanie 1

Prosimy o odstąpienie od zapisu „ nr katalogowy, seria i data ważności na każdym opakowaniu ostrza” – nr katalogowy, seria i data ważności znajduje się na opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu „Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę”

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie ładowarki z obrotową głowicą golącą, posiadającą trzy pozycje:

- Kąt 0 stopni
- Kąt 45 stopni w lewo
- Kąt 45 stopni w prawo

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga daty produkcji nie wcześniej niż rok 2021?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

ZESTAW 4

Pytanie 1

Zadanie 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczek do kaniul w opakowaniach po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie SWZ

ZESTAW 5

Pytanie 1

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie nazwy producenta tylko na opakowaniu? Umieszczenie nazwy producenta na korpusie rurki nie ma żadnego wpływu na użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie nazwy producenta tylko na opakowaniu? Umieszczenie nazwy producenta na korpusie rurki nie ma żadnego wpływu na użytkowanie

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Zadanie nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga gąbki do higieny jamy ustnej nasączonej dwuwęglanem sodu, który ma właściwości odświeżające i nawilżające?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 6

Pytanie 1

zadanie 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA