

**Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego**  
**Sekcja Zamówień Publicznych**  
ul. Piłsudskiego 61  
34-600 Limanowa

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 4 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/28/D/P/L/2022**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 1 - Endoprotezy cementowe stawu kolanowego / 2 lata

1. Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dotyczy pozycji 1a:

Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Dotyczy pozycji 1b:

Taca piszczelowa, Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach.

Dotyczy pozycji 1c:

Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.

**Dotyczy pozycji 1d:**

**Bez zmian**

**Dotyczy pozycji 1e: Polska**

Ostrze kompatybilne z napędem Stryker używanym na czas trwania umowy

**Dotyczy pozycji 1f:**

Trzpień piszczelowy tytanowy, bezcementowy 100 lub 150 lub krótki cementowany 50mm i 100mm o różnych średnicach

**Dotyczy pozycji 1g:**

Podkładka połowicza do piszczeli, cementowana o grubościach 5mm i 10 mm

**Dotyczy pozycji 2a i 2b**

Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P) wykonany ze stopu COCR. W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodów. Element udowy w minimum 8 rozmiarach.

**Dotyczy pozycji 2c:**

Piszczel modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach.

**Dotyczy pozycji 2d:**

Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.

**Dotyczy pozycji 2e:**

Trzpień udowy lub piszczelowy - tytanowy o długości 50, 100, 150 mm

**Dotyczy pozycji 2f:**

Offset, mimośród - zmieniający oś trzpienia względem implantu (2,4 i 6 mm)

**Dotyczy pozycji 2g:**

Podkładki udowe - tytanowe, dystalne, tylne, mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby (każda śruba w zestawie z podkładką)

**Dotyczy pozycji 2h:**

Podkładki piszczelowe, proste, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub (każda śruba w zestawie z podkładką)

**Dotyczy pozycji 2i:**

Śruby są w komplecie z każdą podkładką

Bez zachowania pozostałych pierwotnych wymagań a w przypadku negatywnej odpowiedzi uprasza się zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza Bez zmian

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1** dopuści możliwość zaoferowania implantów tytanowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ w wersji krótkiej 180-280mm oraz w wersji długiej 300-460mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

*Zamawiający*