



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: [zampub@szpitallimanowa.pl](mailto:zampub@szpitallimanowa.pl)

Pismo: NZ/44/D/P/AC/2022/103/2022

Limanowa dnia: 2022-07-08

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na " **Dostawy sterylnych serwet operacyjnych, jednorazowych pokryć i prześcieradeł higienicznych, czepków chirurgicznych, masek ochronnych i chirurgicznych, sterylnych fartuchów chirurgicznych, jednorazowej odzieży dla pacjenta ujętych w 9 zadaniach asortymentowych**" – znak sprawy NZ/44/D/P/AC/2022.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Zestaw nr 1

#### **Pytanie 1**

Zadanie 1 poz.7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 2**

Zadanie 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski z włókniny SMS?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 3**

Zadanie 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski z włókniny SMS?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 4**

Zadanie 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści spódnice o dł. 40 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 5**

Zadanie 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści spódnice z gumką na pasie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Pytanie 6**

Zadanie 9 poz.3

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z SMMS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Zadanie 9 poz.3

Czy Zamawiający dopuści spodenki o dł. w pasie ok 110cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8**

Zadanie 9 poz.3

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9**

Zadanie 9 poz.3

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10**

Zadanie 9 poz.4

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z SMMS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

Zadanie 9 poz.4

Czy Zamawiający dopuści koszule z okrągłym wycięciem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zestaw nr 2****Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura 140g/m<sup>2</sup>) chłonność 990%

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura 140g/m<sup>2</sup>) chłonność 990%

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura 140g/m<sup>2</sup>) chłonność 990%

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>. chłonność 458%

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura 140g/m<sup>2</sup>) chłonność 990%

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 155g/m<sup>2</sup>) chłonność 990%

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>) chłonność 990%

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torbą na płyny 30 x 20 cm,

okno z folią operacyjną 8 x 10 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm

Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej jednokomorowej kieszeni samoprzylepnej 30x40cm wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej, zawierającej 0,5-centymetrową zakładkę z folii stanowiącą usztywnienie i pozwalającą na kształtowanie otworu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kończynę 22x75cm wykonanej z elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, z 2 taśmami chirurgicznymi, samoprzylepnymi 9x50cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go fartucha chirurgicznego pełnobarierowego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2 posiadającego przepuszczające powietrze wzmocnienie o gramaturze 50g/m2 w przedniej części i w rękawach trwale połączone z fartuchem (na całej powierzchni krawędzi). Fartuch zapinany przy szyi na rzep, w pasie wiązany na troki( troki zewnętrzne łączone kartonikiem pozwalającym na aseptyczne założenie fartucha), rękaw posiadający miękkie poliestrowe mankiety. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch w kolorze niebieskim. Długość fartucha 137 cm, długość rękawa z mankiem 66 cm. Zestaw owinięty papierem krepowym z dwoma ręcznikami celulozowymi. Każde opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 – dotyczy Zadania nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go fartucha chirurgicznego pełnobarierowego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2 posiadającego przepuszczające powietrze wzmocnienie o gramaturze 50g/m2 w przedniej części i w rękawach trwale połączone z fartuchem (na całej powierzchni krawędzi). Fartuch zapinany przy szyi na rzep, w pasie wiązany na troki( troki zewnętrzne łączone kartonikiem pozwalającym na aseptyczne założenie fartucha), rękaw posiadający miękkie poliestrowe mankiety. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch w kolorze niebieskim. Długość fartucha 147 cm, długość rękawa z mankiem 70 cm. Zestaw owinięty papierem krepowym z dwoma ręcznikami celulozowymi. Każde opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 – dotyczy Zadania nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go fartucha chirurgicznego pełnobarierowego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch zapinany przy szyi na rzep, w pasie wiązany na troki( troki zewnętrzne łączone kartonikiem pozwalającym na aseptyczne założenie fartucha), rękaw posiadający miękkie poliestrowe mankiety. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch w kolorze niebieskim. Długość fartucha 135 cm, długość rękawa z mankiem 66 cm. Zestaw owinięty papierem krepowym z dwoma ręcznikami celulozowymi. Każde opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 14 – dotyczy Zadania nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go fartucha chirurgicznego pełnobarierowego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch zapinany przy szyi na rzep, w pasie wiązany na troki( troki zewnętrzne łączone kartonikiem pozwalającym na aseptyczne założenie fartucha), rękaw posiadający miękkie poliestrowe mankiety. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch w kolorze niebieskim. Długość fartucha 145 cm, długość rękawa z mankiem 70 cm. Zestaw owinięty papierem krepowym z dwoma ręcznikami celulozowymi. Każde opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zestaw nr 3**

**Pytanie 1**

Zadanie 3 poz. 1 Czy zamawiający dopuści kieszeń dwukomorowa?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2**

Zadanie 3 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z taśmą chirurgiczną pakowaną osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Zadanie 8 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy SMMMS 35g/m<sup>2</sup> + wzmocnienie 40g/m<sup>2</sup> (zamiast 40g/m<sup>2</sup>+38m/2)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Zadanie 8 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem na rzep przy szyi i troki w pasie (zamiast taśmy)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Zadanie 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 127 cm? Zadanie 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy określone przez producenta jako XXL ale posiadające wymaganą długość 140 cm? Zadanie 9 Czy Zamawiający dopuści spódnicę z gumką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Zadanie 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy określone przez producenta jako XXL ale posiadające wymaganą długość 140 cm? Zadanie 9 Czy Zamawiający dopuści spódnicę z gumką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Zadanie 9 Czy Zamawiający dopuści spódnicę z gumką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zestaw nr 4**

**Pytanie 1**

Zadanie 5, poz. 2-6 Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Zadanie 5, poz. 2 Czy zamawiający dopuści beret wykonany z włókniny PP, nieperforowany? Zadanie 5, poz. 3 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3**

Zadanie 5, poz. 4 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4**

Zadanie 5, poz. 5 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Zadanie 5, poz. 6 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m<sup>2</sup>) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Zadanie 5, poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Zadanie 6, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Zadanie 5, poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Zadanie 7, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Zadanie 6, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zestaw nr 5**

**Pytanie 1**

**ZADANIE NR 1**

Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety samoprzylepnej w roz. 90 x 100 cm z padem chłonnym w roz. 37,5 x 100 cm oraz o chłonności w obszarze wzmocnionym na poziomie 386 ml/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

**ZADANIE NR 2**

Poz. 1-3, 5-7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów sterylnych serwet operacyjnych których materiał charakteryzuje się z chłonnością w obszarach wzmocnionych na poziomie 386 ml/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych w którego składzie znajduje się:

- serweta na stolik narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm
- dodatkowo umieszczone w zestawie 4 ręczniki celulozowe do osuszania rąk

Pozostały skład zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu stawu biodrowego w którego składzie znajduje się:

- serweta na stolik narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm
- serweta nieprzylepna 150 x 190 cm zamiast 150 x 200 cm
- dodatkowo umieszczone w zestawie 4 ręczniki celulozowe do osuszania rąk

Pozostały skład zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 5**

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu artroskopii stawu kolanowego w którego składzie znajduje się:

- serweta na stół narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm
- serweta nieprzylepna 150 x 190 cm zamiast 150 x 175 cm
- dodatkowo umieszczone w zestawie 4 ręczniki celulozowe do osuszania rąk

Pozostały skład zgodnie z **SWZ**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 6**

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu dłoni/stopy w którego składzie znajduje się:

- serweta na stół narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

Pozostały skład zgodnie z **SWZ**.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 7**

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu żyłaków w którego składzie znajduje się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona z padem chłonnym 170 x 250 cm
- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona z padem chłonnym z wycięciem „U” (6,5x90cm) 260x200cm
- 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 x ręcznik celulozowy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 8**

Poz. 6 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy celem uzyskania wysokich parametrów w zakresie chłonności serwet operacyjnych służących do okrycia pacjenta Zamawiający oczekuje aby były one wyposażone w dodatkowe pady chłonne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 9**

Poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu barku w którego składzie znajduje się:

- serweta na stół narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm
- dodatkowo umieszczone w zestawie 4 ręczniki celulozowe do osuszania rąk
- dodatkowo umieszczona w zestawie 1 osłona na kable video w roz. 13 x 250 cm

Pozostały skład zgodnie z **SWZ**.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 10**

Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu ORL w którego składzie znajduje się:

- serweta na stół narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

Pozostały skład zgodnie z **SWZ**.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 11**

Poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej SMS (równoważnej do włókniny SMMMS pod względem paramentów użytkowych) o wymaganej gramaturze 40g/m<sup>2</sup> posiadającego wstawki od wewnątrz o gramaturze 42g/m<sup>2</sup> w przedniej części i w rękawach trwale połączone z fartuchem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 12**

Poz. 3-4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej SMS (równoważnej do włókniny SMMMS pod względem paramentów użytkowych) o wymaganej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 13**

Poz. 1 i 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego o długości 125 cm zamiast 130 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



## **Zestaw nr 6**

### **Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 8 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm.

Proponowany rozmiar L o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| L          | 130cm               | 167cm                 | 72cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 8 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm.

Proponowany rozmiar XL o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XL         | 140cm               | 171cm                 | 80cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 8 poz. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm.

Proponowany rozmiar XL o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XL         | 140cm               | 171cm                 | 80cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 8 poz. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm.

Proponowany rozmiar XXL o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XXL        | 150cm               | 175cm                 | 86cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 8 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm. Proponowany rozmiar L o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| L          | 130cm               | 167cm                 | 72cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 8 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm. Proponowany rozmiar XL o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XL         | 140cm               | 171cm                 | 80cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 8 poz. 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm. Proponowany rozmiar XL o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XL         | 140cm               | 171cm                 | 80cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 8 poz. 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm. Proponowany rozmiar XXL o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XXL        | 150cm               | 175cm                 | 86cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

**Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zestaw nr 6**

##### **Pytanie**

Zadanie 1, pozycja 7- Czy Zamawiający odstąpi od pakowania serwety w papier krepowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie 2**

Zadanie 1, pozycja 8- Czy Zamawiający dopuści serwetę z 3 warstwowego laminatu o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> (bez dodatkowego padu chłonnego), w rozmiarze 100 x 150 cm, chłonność 350% , odporność na przenikanie cieczy 180 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie 3**

Zadanie 2, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści zestaw o chłonności wzmocnienia min. 680%, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H<sub>2</sub>O, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie 4**

Zadanie 2, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści zestaw o chłonności wzmocnienia min. 680%, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O, z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

##### **Pytanie 5**

Zadanie 2, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści zestaw o chłonności wzmocnienia min. 680%, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O, z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

##### **Pytanie 6**

Zadanie 2, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści zestaw z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm  
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm ,  
zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem  
samouszczelniającym o średnicy 7 cm  
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm  
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm  
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 7**

Zadanie 2, pozycja 5- Czy Zamawiający dopuści zestaw z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, o chłonności wzmocnienia min. 680%, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O. Skład:

1 x serweta o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm, zintegrowana z organizatorami przewodów, wzmocnienie 50 x 100 cm  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 8**

Zadanie 2, pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści zestaw z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm  
1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm  
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm  
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm  
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm?

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 9**

Zadanie 2, pozycja 7- Czy Zamawiający dopuści zestaw z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, o chłonności wzmocnienia min. 680%, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O. Skład:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm  
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm  
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm, wzmocnienie 75 x 100 cm  
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm  
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>  
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm  
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm  
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 10**

Zadanie 2, pozycja 8- Czy Zamawiający dopuści zestaw z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, o chłonności wzmocnienia min. 680%, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H<sub>2</sub>O. Skład:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm  
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm, wzmocnienie 50 x 50 cm  
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm  
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 11**

Zadanie 3, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 12**

Zadanie 4, pozycja 5- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca ogrzewającego dla pacjenta, którego warstwa wewnętrzna wykonana jest z poliestru? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 13**

Zadanie 5, pozycja 1-6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14**

Zadanie 6, pozycja 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15**

Zadanie 7, pozycja 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16**

Zadanie 8, pozycja 1-4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17**

Zadanie 8, pozycja 1-4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapianych w okolicy karku na standardowy rzep, oraz wiązanych na troki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18**

Zadanie 8, pozycja 1-4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych we włókninę razem z 2 szt. ręczników chłonnych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19**

Zadanie 8, pozycja 1-4 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego owinięcia we włókninę?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 20**

Zadanie 8, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze wzmocnienia 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21**

Zadanie 8, pozycja 1, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości dla rozmiaru L – 128 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22**

Zadanie 8, pozycja 2, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości dla rozmiaru XL – 138 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23**

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spódnicy ginekologicznej z wszytą w pasie gumką zamiast troków? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24**

Zadanie 9, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający