

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa aparatury pomiarowej do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej."** – znak sprawy **KA-2/073/2022.**

Zamawiający, **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

Pytanie nr 1- dotyczące zadanie nr

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów akcelerometrów niskoczęstotliwościowych na poniższe:

- Zakres pomiarowy od 0.16Hz .+3 dB
- masa do 12 gramów

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1

Zamawiający informuje, że odpowiedź z dnia **14.07.2022** na pytanie nr 2 (dotyczące zadanie nr 3)- w zakresie zmiany parametrów o treści:

"Zamawiający w zakresie zestawu akcelerometrów niskoczęstotliwościowych rezygnuje z określonego w SWZ warunku czułości urządzenia równej 10mV/g lub równoważnej oraz obniża wymagania w zakresie wagi czujnika z: poniżej 3gram do poniżej 10gram. Pozostałe parametry określone w SWZ (w szczególności: Zakres pomiarowy od 0.1Hz, Częstotliwość pomiarowa co najmniej 1000Hz oraz zakres pomiarowy do 500g) pozostają bez zmian."

ulega zmianie na:

*"Zamawiający w zakresie zestawu akcelerometrów niskoczęstotliwościowych rezygnuje z określonego w SWZ warunku czułości urządzenia równej 10mV/g lub równoważnej oraz obniża wymagania w zakresie wagi czujnika z: poniżej 10gram **do poniżej 12gram** oraz w zakresie zakresu pomiarowego **z od 0.1Hz na od 0,16Hz**. Pozostałe parametry określone w SWZ (w szczególności: Częstotliwość pomiarowa co najmniej 1000Hz oraz zakres pomiarowy do 500g) pozostają bez zmian."*

Uwaga!!!

Zamawiający przypomina, iż w związku ze zmianami - dopuszczeniem urządzeń o parametrach innych niż określone w SWZ w zadaniach 3 i 5, dopuszcza modyfikację przez Wykonawcę formularza ofertowego odpowiednio do zaoferowanych przez siebie urządzeń (dopuszczonych powyższymi odpowiedziami). Wszystkie zmiany na formularzu oferty Wykonawca zaznaczy np. kolorem czerwonym wyróżnienia tekstu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu **14.07.2022** wydłużył terminy składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą:

- składania ofert, z dnia **2022-07-15** godz. **10:30** na dzień **2022-07-20** godz. **10:30**,
- otwarcia ofert, z dnia **2022-07-15** godz. **11:00** na dzień **2022-07-20** godz. **11:00**,
- termin związania ofertą z dnia **2022-08-11** na dzień **2022-08-18**.