

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
ul. Warszawska 24 W-9/110,  
31-155 KRAKÓW

**Znak sprawy: KA-2/080/2022**

KRAKÓW dnia: 2022-07-25

**L. dz. KA-2/533/2022**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **”Zestaw do kompleksowych analiz chromatograficznych, w tym analiz śladowych, zanieczyszczeń powietrza, wód gruntów, żywności - umożliwiające ustalenie procentowego składu mieszanin związków chemicznych. Zestaw składający się z aparatów pracujących w technice analitycznej: GC-MS/MS oraz GC-PDHID oraz z aparatów pracujących w technice analitycznej UHPLC-MS/MS.”** – znak sprawy **KA-2/080/2022**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytania:**

1. Czy Zamawiający dopuści dozownik z zakresem temperatur przynajmniej od -100 °C do 450 °C (z opcją chłodzenia LN2) oraz z możliwością programowania do 3 zmian narostów temperatury ?
2. Czy Zamawiający dopuści detektor typu potrójny kwadrupol z czułością w trybie EI MS/MS nie gorszą niż  $S/N \geq 6000:1$  dla 100 fg OFN ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany parametrów opisanych w SWZ.