

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa wytwornicy pary o wydajności minimum 160kg/h wraz z urządzeniem do uzdatniania wody - 1 sztuka"** – znak sprawy **KA-2/112/2022**.

Zamawiający, **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie terminu składania ofert, ponieważ w SWZ rozdział 18 podana jest data 28.09.2022. godz. 10.30, zaś w ogłoszeniu i w platformie przetargowej podany jest termin 30.09.2022r. godz. 10.30.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca realizacji przedmiotu przetargu, tj. rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).

Prosimy o podanie rozmiarów największego oraz najniższego przejścia przewidywaną drogą transportową.

Pytanie nr 3

Czy w miejscu posadowienia sterylizatora są niezbędne media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

Pytanie nr 4

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1. Certyfikat potwierdzający spełnienie parametrów wody wychodzącej z uzdatniacza wydane przez Akredytowane Laboratorium

Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego zapisu.

Uzasadnienie: Parametry wody użytkowej są różne w zależności od danej lokalizacji.

Certyfikat może zostać wydany przez Akredytowane Laboratorium po zbadaniu próbki wody wychodzącej z uzdatniacza podłączonego w konkretnym miejscu.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów załącznika nr 4 do SWZ: Umowa (projekt) na:

§ 7

Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w przypadku odstąpienia w całości od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu dostawy przedmiotu umowy (terminu wykonania umowy) określonego w **§ 4 ust. 1** niniejszej umowy,

c) za zwłokę w usunięciu wad w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 6 ust. 13 niniejszej umowy,

d) za zwłokę w dostarczeniu nowego urządzenia wolnego od wad w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 6 ust. 13 niniejszej umowy,

e) za zwłokę w usunięciu wad w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,

f) za zwłokę w dostarczeniu nowego urządzenia wolnego od wad w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,

g) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 15 niniejszej umowy – w wysokości 5 % maksymalnej wartości brutto urządzenia, którego wymiana na nowy wolny od wad lub naprawa nie jest możliwa,

h) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 6 w terminie określonym w § 2 ust. 7 z winy Wykonawcy – w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

i) za zwłokę w czasie reakcji serwisu gwarancyjnego w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu maksymalnego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego o którym mowa w § 6 ust. 13 niniejszej umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad1

Zamawiający informuje, że termin składania ofert jest taki sam we wszystkich dokumentach zamówienia: w SWZ, w ogłoszeniu i w platformie przetargowej, tj. 30.09.2022r. godz. 10.30. Natomiast termin związania ofertą jest inny, tj.: 29.10.2022. Prosimy o uważne czytanie dokumentów.

Ad2

Zamawiający informuje, że samochodem dostawczym można podjechać pod same drzwi wejściowe. Droga jest płaska. Do pomieszczenia trzeba się przedostać przez drzwi wejściowe o wymiarach 100 x 200 cm (szer. x wys.), pokonać krótki korytarz szerokości 100 cm i drzwi o wymiarach 90 x 200 cm. Nie ma jednak miejsca na manewrowanie wózkiem paletowym.

Ad3

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu jest dostęp do wody wodociągowej. Wymagany może być montaż trójnika i zaworu na istniejących rurach i jeśli to konieczne podłączenie do istniejącego odprowadzenia ścieków w podłodze. Do przestrzeni, gdzie ma być zapewniona wilgotność z pomieszczenia, gdzie będzie znajdować się wytwornica prowadzi kanał o średnicy 10 cm. Nie są wymagane prace budowlane polegające np. na przekuwaniu się przez ściany.

Ad4

Zamawiający podtrzymuje wymaganie w zakresie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że audytorzy kontrolujący prowadzone przez nasze Laboratorium badania bardzo restrykcyjne podchodzą do zapisów Norm. Dlatego musimy mieć pewność, że urządzenie dostarczy nam wodę jaka jest wymagana w odpowiedniej Normie Obronnej i w SWZ.

Poniżej wyniki badań obecnie dostępnej wody wejściowej przeprowadzone przez akredytowane laboratorium:

| Oznaczany parametr | Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | Wyniki badań | Niepewność rozszerzona | Miejsce wyk. badań | Autoryzował | Dopuszczalne wartości (NDS) wskaźników |
|---|-----------|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | 147587/06/2022 | | | | |
| pH | - | PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) | 7,7 | ±0,2 | PS | BS | 6,5 - 9,5 ⁶⁾ i 9) z.1C |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C | µS/cm | PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) | 548 | ±83 | PS | BS | ≤ 2500 ⁶⁾ i 10) z.1C |

Ad5

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu Umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłużył terminy składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą:

- składania ofert, z dnia **2022-09-30** godz. **10:30** na dzień **2022-10-04** godz. **10:30**,
- otwarcia ofert, z dnia **2022-09-30** godz. **10:30** na dzień **2022-10-04** godz. **11:00**,
- termin związania ofertą z dnia **2022-10-29** na dzień **2022-11-02**