



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2022-10-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy probówek, wymazówek, pojemników medycznych, ez bakteriologicznych, szczotek cytologicznych, pipet oraz mikrokuwet do oznaczania glukozy ujęte w 5 zadaniach częściowych"** – znak sprawy **NZ/66/D/P/AC/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet o poj. max 1000ul pakowane w op. po 1000 szt?

Odpowiedź: Tak, po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1

Pakiet 3 poz 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości 188mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz 1

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek za opakowanie a'100szt wraz przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 3 poz 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę patyczków za opakowanie a'100szt wraz przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1

Pakiet 1: Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści probówki na 1ml i na 2ml krwi zamiast na 1,5ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki z rozpylonym 3,2% cytrynianem sodu o poj. Całkowitej 4ml na 1,8ml krwi? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści próbówki wykonane z przezroczystego PMMA? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści próbówki wykonane z PP o wymiarach 15x102mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 2: Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wymazówki klasy 1a sterylnej? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści Falcons o wymiarach 30x115mm i pakowane po 25szt.? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści wymazówki utrzymujące 48h okres przetrwania bakterii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 4**Pytanie nr 1**

Pytania dotyczące umowy:

Dotyczy § 2 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 1

Dotyczy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy Zadania nr 1: Pozycja 1 – punkt „na 1,5 ml krwi”:

Czy Zamawiający dopuści próbówki na 2 ml krwi, pozostałe parametry bez zmian? Różnica 0,5 ml nie powinna mieć dla Zamawiającego żadnego znaczenia użytkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2**Pozycja 3**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania samych próbek do OB. bez rurek pomiarowych, czy też należy zaoferować w komplecie z próbkami – odpowiednie rurki do pomiaru OB.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2**Pozycja 4**

a) Czy Zamawiający dopuści próbówki do pozyskania surowicy o poj. 4 ml (o wym: 12 x 75 mm), z korkiem, nalepką, z granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z tworzywa PP o wysokiej przejrzystości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 1

b) Czy Zamawiający dopuści Probówki do pozyskania surowicy o poj. 4 ml (o wym: 12 x 75 mm), z tworzywa MEDOPLAST- tworzywo podobne właściwościami do polistyrenu, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania nr 2:

Pozycja 9, 10, 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu?

Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania nr 3:

Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pałeczek do wymazów o dł. 150 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA