



Pismo: NZ/71/D/P/AC/2022/148/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawy endoprotez oraz śrub kaniulowanych ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych”** – znak sprawy **NZ/71/D/P/AC/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Część V Formularz asortymentowo-cenowy

Zad.1 Endoprotezy cementowe, bezcementowe, rewizyjne i bipolarne stawu biodrowego/2 lata

Dotyczy część I Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji ceramika/polietylen

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Trzpień bezcementowy, tytanowy, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na odcinku kontaktującym się z kością w minimum 12 rozmiarach dla opcji standardowej 135 stopni w rozmiarach od 110 mm do 170 mm długości, konus 12/14 mm. W minimum

10 rozmiarach opcja laterylizowana 128 stopni w rozmiarach 120 mm do 170 mm długości, lub

Trzpień bezcementowy z kołnierzem, tytanowy, nieanatomiczny, kołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na odcinku kontaktującym się z kością w minimum 11 rozmiarach dla opcji standardowej 135 stopni w rozmiarach od 110 mm do 160 mm długości, konus 12/14 mm. W minimum 10 rozmiarach opcja laterylizowana 128 stopni w rozmiarach 120 mm do 170 mm długości.

Dot. Pozycji nr 2

Głowa ceramiczna (BioloX Delta) o średnicy 28 mm w minimum 3 długościach szyjki, 32 mm, 36 mm, 40 mm na stożek 12/14 w minimum 4 długościach szyjki

Dot. Pozycji 3

Wkładka z polietylenu wysokiej gęstości typu „cross link polietylen” z okapem 15 stopni dla głów 28mm

Wkładka do panewki z witaminą E - polietylen wysokousieciowany z witaminą E dla głowy 32 mm i 36mm

Dot. Pozycji 4

Panewka bezcementowa, typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, o kształcie spłaszczonej hemisfery podwójnie napyłona tytanem i pokryta hydroksyapatytem posiadająca 4 otwory na śruby dostępna w min. 12 rozmiarach od 44 mm-66 mm co 2mm, nie posiadająca zaślepek na otwory

Dot.Pozycji 5

Brak zaślepek

Dotyczy część II Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji ceramika/ceramika

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Trzpień bezcementowy, tytanowy, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na odcinku kontaktującym się z kością w minimum 12 rozmiarach dla opcji standardowej 135 stopni w rozmiarach od 110 mm do 170 mm długości, konus 12/14 mm. W minimum

10 rozmiarach opcja laterylizowana 128 stopni w rozmiarach 120 mm do 170mm długości, lub

Trzpień bezcementowy z kołnierzem, tytanowy, nieanatomiczny, kołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na odcinku kontaktującym się z kością w minimum 11 rozmiarach dla opcji standardowej 135 stopni w rozmiarach od 110 mm do 160 mm długości, konus 12/14 mm. W minimum 10 rozmiarach opcja laterylizowana 128 stopni w rozmiarach 120 mm do 170 mm długości.

Dot. Pozycji 2

Głowa ceramiczna (BioloX Delta) o średnicy 28 mm w minimum 3 długościach szyjki, 32 mm, 36 mm, 40 mm na stożek 12/14 w minimum 4 długościach szyjki

Dot.Pozycji 3

Wkładka ceramiczna- dla głów 32 dla panewki 48-50, 36 dla panewki 52-66

Dot. Pozycji 4

Panewka bezcementowa, typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, o kształcie spłaszczonej hemisfery podwójnie napyłona tytanem i pokryta hydroksyapatytem posiadająca 4 otwory na śruby dostępna w min. 12 rozmiarach od 44 mm-66 mm co 2mm, nie posiadająca zaślepek na otwory

Dot.Pozycji 5

Brak zaślepek

Dotyczy część III Endoproteza krótkotrzeniowa stawu biodrowego w artykulacji ceramika /ceramika

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Trzpień krótki bezcementowy, bezkołnierzowy, przynasadowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem oraz tytanem w 10 rozmiarach w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 mm. Trzpień dostępny w dwóch wersjach: standardowej 135 stopni i offset 128 stopni zapewniający lateralizację środka głowy o 7 mm bez wpływu na długość kończyny

Dot. Pozycji nr 2

Głowa ceramiczna(Biolox Delta)o średnicy 28 mm w minimum 3 długościach szyjki, 32 mm, 36 mm, 40 mm na stożek 12/14 w minimum 4 długościach szyjki

Dot. Pozycji nr 3

Wkładka ceramiczna- dla głów 32 dla panewki 48-50, 36 dla panewki 52-66

Dot. Pozycji 4

Panewka bezcementowa, typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, o kształcie spłaszczonej hemisfery podwójnie napylona tytanem i pokryta hydroksyapatytem posiadająca 4 otwory na śruby dostępna w min. 12 rozmiarach od 44 mm-66 mm co 2mm, nie posiadająca zaślepek na otwory

Dot. Pozycji 5

Brak zaślepek

Dotyczy części IV Endoproteza bipolarna cementowana stawu biodrowego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Trzpień cementowany gładki stalowy wysokopolerowany, bezkołnierzowy w minimum 9 rozmiarach opcja 135 stopni w wersji standardowej, w rozmiarach od 120mm do 160mm długości i 8 rozmiarach 128 stopni w wersji high offset w rozmiarach od 120mm do 155mm długości, konus 12/14

Dot. Pozycji 2

Głowa CoCr o średnicy 22,2 i 28 mm

w wersjach o długości szyjki S, M, L dla głowy 22,2 i 5 rozmiarów głowy 28mm oraz

Głowa CoCr w rozmiar 32 w 4 długościach S, M, L, XL

Dot. Pozycji 3

Głowa bipolarna (skład metal, polietylen) składająca się z głowy zewnętrznej metalowej o średnicach 41-59mm, wnętrza polietylenowego przewidziana dla głowy o średnicy 22,2 i 28mm pasującej na stożek 12/14. Wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający (pierścień) oraz panewka bipolarna o średnicy 43-59mm z wciskaną głową dla głów 28mm

Dot. Pozycji 4

Korek polietylenowy do obturacji kanału kości udowej w 2 rozmiarach(12-18mm i 18-24mm)

Dotyczy części V Endoproteza cementowana stawu biodrowego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Trzpień cementowany gładki stalowy wysokopolerowany, bezkołnierzowy w minimum 9 rozmiarach opcja 135 stopni w wersji standardowej, w rozmiarach od 120mm do 160mm długości i 8 rozmiarach 128 stopni w wersji high offset w rozmiarach od 120mm do 155mm długości, konus 12/14

Dot. Pozycji 2

Głowa CoCr o średnicy 22,2 i 28 mm

w wersjach o długości szyjki S, M, L dla głowy 22,2 i 5 rozmiarów głowy 28mm oraz

Głowa CoCr w rozmiar 32 w 4 długościach S, M, L, XL

Dot. Pozycji 3

Panewka PE cementowana z 15st okapem, w rozmiarach od 44 do 66mm dla głów 22,2 lub 28mm ze znacznikiem radiologicznym.

Dotyczy części VI Trzpień rewizyjny stawu biodrowego z głową metalową

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Trzpień prosty, kołnierzowy lub bezkołnierzowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, posiadający stożek 12/14, w rozmiarach od 200mm do 240mm (6 rozmiarów) długości i trapezoidalnym przekroju poprzecznym 10-20mm. W części dystalnej zaopatrzony w nacięcie dwóch projekcjach, niwelujące zjawisko stress shielding

Dot. Pozycji 2

Głowa CoCr o średnicy 28 mm w 5 rozmiarach oraz

Głowa CoCr w rozmiar 32 w 4 długościach S, M, L, XL

Dot. Pozycji 3

Wkładka z polietylenu wysokiej gęstości typu „cross link polietylen” z okapem 15 stopni dla głów 28mm

Wkładka do panewki z witaminą E - polietylen wysokousieciowany z witaminą E dla głowy 32 mm i 36mm

Dot. Pozycji 4

Panewka bezcementowa, typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, o kształcie spłaszczonej hemisfery podwójnie napylona tytanem i pokryta hydroksyapatytem posiadająca 4 otwory na śruby dostępna w min. 12 rozmiarach od 44 mm-66 mm co 2mm, nie posiadająca zaślepek na otwory

Dot. Pozycji 5

Brak zaślepek

Dotyczy części VII Trzpień rewizyjny stawu biodrowego z głową metalową

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Trzpień modułarny, rewizyjny, składający się z dwóch części:

Część przynasadowa standard pokryta tytanem w 4 długościach 65-95 mm skok co 10mm ze śrubą w zestawie.

Część dystalna prosta pokryta tytanem w 3 długościach 115mm, 145mm, 175mm, w 6 średnicach 10-20mm skok co 2mm, lub

Część dystalna zakrzywiona pokryta tytanem o długości 205mm i 235mm, w 5 średnicach 12-20mm skok co 2mm, posiadający trzy śruby dystalne

Śruba poprzecznie blokująca do trzpienia modułowego anatomicznego w długościach 25-40mm skok co 5 mm.

Dot. Pozycji 2

Głowa CoCr o średnicy 28 mm w 5 rozmiarach oraz

Głowa CoCr w rozmiar 32 w 4 długościach S, M, L, XL

Dotyczy części VIII Trzpień rewizyjny stawu biodrowego z głową metalową

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Trzpień rewizyjny bezcementowy stawu biodrowego. Trzpień prosty, kołnierzowy lub bezkołnierzowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, posiadający stożek 12/14, w rozmiarach od 210mm do 320mm długości. W części dystalnej blokowany wkrętami o przekroju 6/4,5mm

Wkręty blokujące do trzpieni rewizyjnych, przekrój 6/4,5mm, długość od 20 do 40mm

Dot. Pozycji 2

Głowa CoCr o średnicy 28 mm w 5 rozmiarach oraz

Głowa CoCr w rozmiar 32 w 4 długościach S, M, L, XL

Dotyczy części IX Panewka rewizyjna stawu biodrowego z augmentami, głową metalową oraz śrubami

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Panewka dwumobilna rewizyjna stalowa pokryta porowatym tytanem i wapniem (2 otwory mocujące, 5 kołnierzy mocujących) w rozmiarach 47-65 mm skok co 2 mm

Dot. Pozycji 2

Wkładka polietylenowa ruchoma wewnątrz panewki dwumobilnej z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej (minimum 7 mln g/mol) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy metalowej 22,2 lub 28 mm za pomocą prasy wchodzącej w skład instrumentarium

Dot. Pozycji 3

Brak Augmentu

Dot. Pozycji 4

Głowa CoCr o średnicy 22,2 i 28 mm

w wersjach o długości szyjki S, M, L dla głowy 22,2 i 5 rozmiarów głowy 28mm oraz

Głowa CoCr w rozmiar 32 w 4 długościach S, M, L, XL

Dot. Pozycji 5

Śruby mocujące do panewek, stalowe, 5 mm w 6 długościach 35mm-60 mm

Dotyczy części X Panewka dwumobilna, cementowa i bezcementowa, artykulacja z trzpieniem bezcementowym w artykulacji M/PE

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności: Ofertą nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Dot. Pozycji 1

Panewka bezcementowa dwumobilna z zewnątrz pokryta hydroksyapatytem i wyposażona w okalające pierścienie zapewniające lepszą fiksację, opcjonalnie wyposażona

w kotwiczki lub fiksację śrubami do kołnierzy mocujących, wewnątrz stalowa gładko polerowana umożliwiająca zastosowanie ruchomej wkładki polietylenowej, rozmiar od 44mm do 62mm

Dot. Pozycji 2

Panewka cementowa dwumobilna wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej od wewnątrz. Rozmiar frezy do rozwiercania oraz rozmiar panewki takie same. Żłobienia na zewnętrznej stronie panewki zapewniające równe pokrycie płaszczyzn cementem. Rozmiary 45-61mm. Panewka umożliwiająca zastosowanie wkładek ruchomych polietylenowych dla głów 22,2 i 28mm

Dot. Pozycji 3

Wkładka polietylenowa ruchoma wewnątrz panewki dwumobilnej z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej (minimum 7 mln g/mol) umożliwiającą zatrzaśnięcie głowy metalowej 22,2 lub 28 mm za pomocą prasy wchodzącej w skład instrumentarium

Dot. Pozycji 4

Głowa CoCr o średnicy 22,2 i 28 mm

w wersjach o długości szyjki S, M, L dla głowy 22,2 i 5 rozmiarów głowy 28mm

Dot. Pozycji 5

Trzpień bezcementowy, tytanowy, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na odcinku kontaktującym się z kością w minimum 12 rozmiarach dla opcji standardowej 135 stopni w rozmiarach od 110 mm do 170 mm długości, konus 12/14 mm. W minimum

10 rozmiarach opcja laterylizowana 128 stopni w rozmiarach 120 mm do 170mm długości, lub

Trzpień bezcementowy z kołnierzem, tytanowy, nieanatomiczny, kołnierzowy, pokryty hydroksyapatytem na odcinku kontaktującym się z kością w minimum 11 rozmiarach dla opcji standardowej 135 stopni w rozmiarach od 110 mm do 160 mm długości, konus 12/14 mm. W minimum 10 rozmiarach opcja laterylizowana 128 stopni w rozmiarach 120 mm do 170 mm długości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA