



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

www.szpitallimanowa.pl

e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2022-12-27

Pismo: **NZ/82/D/P/A/2022/163/2022**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy zestawów sterylnych serwet do cięcia cesarskiego, serwet do porodu oraz pokrowców na aparat RTG ujęte w 3 zadaniach"** – znak sprawy **NZ/82/D/P/A/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

Zadanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do cesarskiego cięcia o gramaturze 48 g/m² o następującym składzie:

1 serweta 230/200 x 312 cm z workiem na płyny z zaworem oraz otworem wypełnionym folią

1 serweta dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej 90 x 90cm g

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

2 ręczniki celulozowe 30 x 20 cm

1 przylepiec na ranę pooperacyjną w rozmiarach 10x25cm pakowany oddzielnie?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 2

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 Zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x
- 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 28 x 30cm, wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów.
- 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlace w kolorze białym.
- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 Zestawu do porodu o składzie:

- 1 x Podkład chłonny 60 x 90cm
- 1 x Podkład chłonny 60 x 60cm
- 1 x Serweta Spunlace 60 x 60cm do osłonięcia krocza lub dla noworodka
- 1 x Fartuch foliowy XL (przedni) wykonany z grubej folii PE w kolorze niebieskim.
- 1 x Serweta pod pośladki 113 x 90cm z workiem trójkątnym na płynie o wymiarze 70 x 78cm (szerokość x długość).
- 2 x Zaciskacz do pępowiny wykonany
- 20 x Kompres gazowy 10 x 10cm, 17N/16W.
- Zestaw do porodu naturalnego zawinięty jest w serwetę SMS 100 x 100cm o gramaturze 60g/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zestaw 3

Pytanie 1

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie: 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płynie 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze min.55g/m², zgodnie z wymogami Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 4

Pytanie 1

Zadanie 1, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego wykonanych z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny spunlace o gramaturze 80g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778


NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zadanie 2, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Zadanie 2, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą włókninowo-foliową 90cm x 120cm (zamiast 90 x 130 cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Zadanie 2, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Zadanie 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm, zakończoną elastyczną gumką
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm, zakończoną elastyczną gumką
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zestaw 5

Pytanie 1

ZADANIE NR 1

1. **Poz. 1-3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegów cięcia cesarskiego wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze wyższej niż 50 g/m2 nieprzemakalnego, chłonnego, pełnobarierowego oraz włókniny PP/PE o następującym składzie:

1 x serweta 315 x 250/200 cm z workiem na płyny oraz otworem wypełnionym folią,

1 x serweta dla noworodka z miękkiej włókniny typu spunlaced o gramaturze wyższej niż 45g/m2 90 x 105 cm

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

1 x serweta na stół Mayo, składana teleskopowo

1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm

4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

1x taśma przylepna 10 x 50 cm

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



AB 1480



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA