



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Chorzów, dnia: 28.12.2022 r.

Pismo nr : SSWCH/NZ/ 255/ 2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy.” - znak sprawy TP/DA/18/22.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

Dot. pkt 9.2 SWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia dokumentów wymaganych w punkcie 1 i zastąpienie ich oświadczeniem o ich posiadaniu i udostępnieniu Zamawiającemu linka do strony internetowej, do samodzielnego pobrania, ewentualnie dostarczeniu ich na wezwanie (duża ilość wymaganych dokumentów), lub przed podpisaniem umowy. Jednocześnie prosimy o usunięcie z SWZ wymogu dostarczenia wraz z ofertą po 1 egzemplarzu w formie papierowej i na płycie CD (zgodnie z pkt 3.1 niniejszej SWZ)

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od dostarczenia dokumentów wymaganych w punkcie 9.2.1, jednakże usuwa z SWZ wymóg dostarczenia dokumentów w formie papierowej i na płycie CD oraz zmienia zapis pkt 9.2 SWZ na : „Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych : Deklaracja zgodności z dyrektywą 98/79/EC - do analizatora i odczynników. Deklaracja zgodności CE z wymogami UE, certyfikat CE, ISO. Instrukcje obsługi analizatorów, metodyki badań w języku polskim, ulotki odczynnikowe (procedury wykonania badania) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych - zgodnie z zapisami załączników nr 3a i 4a do SWZ.”

Warunki graniczne:

2. ad.2. Trwałość kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz odczynników minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników, kalibratorów i kontroli ich ważność przy dostawie wynosiła 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Odczynniki:

3. Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników





SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy PAKIETU NR 2, pkt. 4, Załącznik nr 4 b do SWZ:

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników, kalibratorów i kontroli ich ważność przy dostawie wynosiła 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy PAKIETU NR 2, poz. 31 Arkusza cenowego, Załącznik nr 4 do SWZ:

5. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania odczynnika do oznaczania LDH w surowicy i osoczu?

6. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DO UMOWY:

par.3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opis odczynników w zakresie nazwy opisany był w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

par. 6 ust. 3 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była naliczana od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

par. 6 ust. 3 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu par. 6.4 drugie zdanie o zapis "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody".

par. 9 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

par. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszych systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia **03 stycznia 2023 r. do godz. 10:00**, natomiast termin otwarcia ofert zmienia się na dzień **03 stycznia 2023 r. godz. 10:30**.

Równocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

w Rozdziale 15 pkt. 15.1. tj. :

Było : „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 28.01.2023 r.”

Jest „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 01.02.2023 r.”

w Rozdziale 17, tj. :

Było : „Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 30.12.2022 r. do godz. 10:00.”

Jest : „Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



03.01.2023 r. do godz. 10:00.”

w Rozdziale 18 pkt. 18.1. tj. :

Było : „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.12.2022 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

Jest : „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.01.2023 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

w Załączniku nr 3a do SWZ - Warunki graniczne dotyczące odczynników i analizatora immunochemicznego :

Pkt 12

Było : “Analizator objęty gwarancją, ubezpieczeniem oraz bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i montaż analizatora oraz przeglądy, wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne w przypadku awarii.”

Jest : “Analizator objęty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i montaż analizatora oraz przeglądy, wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne w przypadku awarii.”

Pkt 18

Było : “Oprogramowanie analizatora w j. polskim. Wykonawca dostarcza instrukcję obsługi analizatora w języku polskim w formie papierowej i na CD.”

Jest : “Oprogramowanie analizatora w j. polskim. Wykonawca złoży wraz z ofertą instrukcję obsługi analizatora w języku polskim.”

Pkt 30

Było : „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą instrukcje obsługi analizatora, metodyki badań w języku polskim, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, po 1 egzemplarzu w formie papierowej i na płycie CD.”

Jest : „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą instrukcje obsługi analizatora, metodyki badań w języku polskim, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.”

w Załączniku nr 3a do SWZ – Warunki graniczne dotyczące odczynników do analizatora immunochemicznego :

Pkt 2

Było : “Trwałość kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz odczynników minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy.”

Jest : “Trwałość kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz odczynników minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy, dla pojedynczych odczynników, kalibratorów i kontroli 3-6 miesięcy.”

W Załączniku nr 4a do SWZ - Warunki graniczne dotyczące odczynników i analizatora biochemicznego :

Pkt 12

Było : “Oprogramowanie operatorskie analizatora w języku polskim dostarczone wraz z analizatorem. Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim, wydrukowane oraz wgrane na płycie CD, dostarczone wraz z ofertą.”



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Jest : „Oprogramowanie operatorskie analizatora w języku polskim dostarczone wraz z analizatorem. Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim Wykonawca złoży wraz z ofertą”

Pkt 27

Było : „Analizator jest objęty gwarancją, ubezpieczeniem oraz bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i montaż analizatora oraz przeglądy, wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne w przypadku awarii. Proszę o skalkulowanie materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody na czas trwania umowy, konserwacja stacji na koszt Wykonawcy.”

Jest : „Analizator jest objęty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i montaż analizatora oraz przeglądy, wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne w przypadku awarii. Proszę o skalkulowanie materiałów eksploatacyjnych do stacji uzdatniania wody na czas trwania umowy, konserwacja stacji na koszt Wykonawcy.”

Pkt 34

Było : „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą instrukcje obsługi analizatora, metodyki badań w języku polskim, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, po 1 egzemplarzu w formie papierowej i na płycie CD.”

Jest : „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą instrukcje obsługi analizatora, metodyki badań w języku polskim, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.”

W Załączniku nr 4a do SWZ - Warunki graniczne dotyczące odczynników do analizatora biochemicznego

Pkt 4

Było : „Termin ważności wszystkich dostarczonych odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów nie krótszy niż 6 miesięcy.”

Jest : „Termin ważności wszystkich dostarczonych odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów nie krótszy niż 6 miesięcy, dla pojedynczych odczynników, kalibratorów i kontroli 3-6 miesięcy.”

Ponadto zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców oraz zmianami SWZ, Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy - Załącznika nr 5 do SWZ, który został opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Dyrektor

Opracowała : Dorota Kaczmarek
Sporządzono w dniu: 28.12.2022 r.

