



Limanowa dnia: 2023-04-24

Pismo: NZ/24/D/P/L/2023

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 8 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/24/D/P/L/2023**. Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 7, poz. nr 1:** taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentową, polipropylenową, z w plastikowej osłonce, jednorodną, niewchłaniałą, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, grubości nici 0,08 mm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy), implantacja igłą wielorazowego użytku przezzasłonową?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie nr 1 - Staplery liniowe Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy, bez noża, sterylne, dwurzędowy, w rozmiarach 30 mm, 60 mm i 90 mm z automatycznym dociskiem tkanki, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, zamkniętej 1,5 mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm). Stapler z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera ( otwarty; półzamknięty; zamknięty - zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony). Wyposażony w zabezpieczenie przed odpaleniem staplera z pustym ładunkiem oraz pin przytrzymujący tkanki (z możliwością wysunięcia automatycznego bądź ręcznego), możliwość 7-krotnego przeładowania i 8-krotnego wystrzału staplera?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Poz. 1a** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów opisanych w pyt. do poz. 1?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Poz. 2** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, 60 mm, z ładunkiem do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 65,1 mm. Stapler załadowany ładunkiem?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Poz. 2a** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów opisanych w pyt. do poz. 2?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Poz. 3** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, 80 mm, z ładunkiem do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 85,1 mm. Stapler załadowany ładunkiem?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Poz. 3a** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów opisanych w pyt. do poz. 3?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie nr 2 - Staplery liniowe zakrzywione** **Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler tnąco - zamykający, sterylny, prosty, do niskich resekcji, z ładunkiem długość 40 mm, z ładunkiem do tkanki grubej (2,0 mm po zamknięciu)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Poz. 1a** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów opisanych w pytaniu do pozycji 1, do tkanki grubej (2,0 mm po zamknięciu)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zadanie nr 3 - Staplery okrężne** **Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery okrężne zakrzywione, jednorazowego użytku, z manualną regulacją docisku na tkankę:

- w zakresie od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar 21mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm;
- w zakresie od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar 24mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm;
- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 26mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;
- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 29mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;
- w zakresie od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiar 32mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm;

Ergonomiczna, konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 1 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 1 a dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami o wysokości 3,8 mm (zamknięcie na 1,5 mm) lub wysokość 4,5 mm (zamknięcie na 2,0 mm).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w pozycji 2, 2a, 3 i 3 a dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków z dwoma rzędami zszywek wykonanych w technologii standardowej, staplery i ładunki do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej 2,0 mm po zamknięciu - do wyboru, staplery z ładunkami, rozmiar 60 mm (w miejsce 55 mm) oraz 80 mm (w miejsce 75 mm).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 3. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarach: 21, 24, 26, 29, 32 i 34 mm, wysokość zszywki 4,5 – 5,0 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 4. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów dostarczanych po 6 sztuk w magazynku dla wszystkich pozycji z klipsami.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 1 do pakietu nr 7** Czy Zamawiający dopuści taśmy urologiczne o specyfikacji zbliżonej do **wymogów Zamawiającego** : Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu , wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10mm. Splot nici zapobiegający skręcaniu i rozciąganiu taśmy, taśma niewymagająca plastikowej koszulki. Szerokość taśmy: 1,1 cm, długość 45 cm, grubość 0,5 mm, gramatura 57 g/m2, Brzegi taśmy zakończone są pętelkami.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 3 dopuści narzędzie o długości trzonu 36 cm i długości bransz 20 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA