



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

www.szpitallimanowa.pl

e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/23/D/P/AC/2023/52/2023

Limanowa dnia: 2023-04-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa urządzeń medycznych ujętych w pięciu zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"** – znak sprawy **NZ/23/D/P/AC/2023**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu 5. Fotel transportowy (wózek transportowy leżący) – 6szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 460 do 850mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Dotyczy pakietu 5. Fotel transportowy (wózek transportowy leżący) – 6szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych wyposażony w uchwyty do prowadzenia nie stanowiące integralnej części platformy leża? Jak na zdjęciu poniżej:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3.

Dotyczy pakietu 5. Fotel transportowy (wózek transportowy leżący) – 6szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych wyposażony w barierki boczne z bezpiecznym mechanizmem blokującym, składane wzdłuż leża, poniżej poziomu materaca?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Dotyczy pakietu 5. Fotel transportowy (wózek transportowy leżący) – 6szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych nieposiadający 5-tego koła?

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1.

Dotyczy Projektu umowy, paragraf 3 „Warunki gwarancji i serwisu”, Punkt 7, podpunkt 6): Czy Zamawiający dopuści do postępowania wykonawcę zapewniającego w pełni profesjonalny, nieautoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, działający w języku polskim przez 5 dni roboczych w tygodniu, zapewniający serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych przez 10 lat? Brak autoryzacji serwisu nie wpłynie na jakość świadczonych usług związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym natomiast w sposób znaczący obniża koszty serwisu, co ma ogromne znaczenie, szczególnie po upływie gwarancji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza nieautoryzowanego serwisu gwarancyjnego, dopuszcza nieautoryzowany serwis pogwarancyjny.

Pytanie nr 2.

Dotyczy: Zadania nr 3 - Aparat USG Zamawiający w Wyjaśnieniu treści SWZ określił, że dopuszcza urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fabrycznie nowe urządzenie spełniające ten wymóg, natomiast z fabrycznie nową głowicą wyprodukowaną w 2021 roku? Ostatnie lata obfitują w wydarzenia globalne, wpływające na wydłużanie dostaw sprzętu od producentów, co często skutkuje opóźnieniami w dostawach, natomiast nie wpływa na jakość oferowanego sprzętu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga głowic nie starszych niż wyprodukowane w 2022 roku.

Zamawiający