



Poznań, dnia 27.04.2023 r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę mikroskopu badawczego Epi-fluorescencyjnego, nr sprawy ZP/1249/D/23.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Dotyczy punktu 2.C Czy Zamawiający dopuści obiektyw 63x do olejku immersyjnego o aperturze numerycznej 1.4?

*Tak. Jak zaznaczono w punkcie 2C, obiektywy 60x i 63x klasy plan apochromat, do olejku immersyjnego spełniają wymagania Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie obiektywu o aperturze 1.4.*

Dotyczy Punktu 9. Czy Zamawiający specyfikując w punkcie 2.C możliwość zaoferowania obiektywu 63x, zachowa konsekwencję i zgodzi się aby wyposażenie niezbędne do obserwacji w kontraście Nomarskiego (DIC) było adekwatnie możliwe z dostarczonym obiektywem 63x?

*Tak, jest to warunek konieczny aby obiektywy 40x i 60/63x umożliwiały obserwację w kontraście Nomarskiego (DIC) a oferowany mikroskop posiadał do tego całe niezbędne wyposażenie.*

Dotyczy punktu 13. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyższej klasy kamery o parametrach 20,3 milionów pikseli oraz wydajności kwantowej 86% i maksymalnej prędkości odświeżania obrazu co najmniej 30 klatek na sekundę?

*Tak, kamera o takich parametrach również może zostać zaoferowana.*

Z-CA KANCLERZA  
ds. Logistyczno-Administracyjnych  
mgr Maria Buzińska