



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-06-13

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy implantów ortopedycznych i endoprotez stawu kolanowego ujęte w 7 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"** – znak sprawy **NZ/35/D/P/AC/2023**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE, zbudowanego z przezroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód), wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 14-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygiętą do góry pod kątem 15 stopni i w dół pod kątem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 - ZADANIE nr 1

POZ. 3 c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych dł. 10 metrów śr. 0,8 mm zamiast dł. 10 metrów śr. 0,9 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1, Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania endoproteza cementowanej, kłykciowej, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużeń standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu

zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. przedłużki do puszczeli o długościach 30, 100 i 155 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 7, w związku z niewielką ilością zabiegów, wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:
BAKTERIOLOGICZNA