



Limanowa dnia: 2023-07-11

Pismo: NZ/41/D/P/L/2023

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy sterylnych serwet operacyjnych, jednorazowych pokryć i prześcieradeł higienicznych, jednorazowych czepków chirurgicznych, masek ochronnych i chirurgicznych, sterylnych fartuchów chirurgicznych, jednorazowej odzieży dla pacjenta i odzieży ochronnej ujętych w 10 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/41/D/P/L/2023**. Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 9 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spódnicy ginekologicznej wykonanej z nieprzezroczystej włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 140x50 cm w kolorze białym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek do kolonoskopii z włókniny nonwoven, SMS 28g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta z włókniny nonwoven, SMS 35g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 1 – **dotyczy zapisów SWZ (pkt. 9.2.1.1 Próbkki)** W związku z rozbieżnością zapisów SWZ, prosimy o sprecyzowanie czy próbki mają zostać przesłane na wezwanie Zamawiającego, czy stanowią integralną część oferty i mają zostać złożone do terminu składania ofert?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem SWZ pkt.9.2 (na wezwanie)

Pytanie nr 2 – **dotyczy normy EN 13795**. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania zgodne z obecnie obowiązującą normą EN 13795-1:2019

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)  
Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Chłonność 563ml

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Chłonność 563ml

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pyt. nr 5 – dotyczy Zad. nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 155g/m<sup>2</sup>). Chłonność 563ml

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. nr 6 – dotyczy Zad. nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Chłonność 563ml

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. nr 7 – dotyczy Zad. nr 2 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>. Chłonność 137ml

**Odpowiedź:** **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. nr 8 – dotyczy Zad. nr 2 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Chłonność 563ml

**Odpowiedź:** **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. nr 9 – dotyczy Zad. nr 2 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 155g/m<sup>2</sup>). Chłonność 563ml

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pyt. nr 10 – dot. Zadania nr 2 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Chłonność 563ml

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11 – dot. Zad. nr 2 poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torbą na płyny 30 x 20 cm, okno z folią operacyjną 8 x 10 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie nr 12 – dotyczy Zadania nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów pakowanych w torbę Tyvec-folia zawierającą 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dotyczy Zadania nr 3 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej osłony na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, pakowanej z 2 taśmami przylepnymi 9x50cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dotyczy Zadania 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów owiniętych z dwoma ręcznikami do rąk w papier krepowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 – dotyczy Zadania 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów, które nie posiadają dodatkowego owinięcia w włókninę?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16 – dotyczy Zadania 8 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze M o długości 126cm i długości rękawa 75,5cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 – dotyczy Zadania 8 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze L o długości 137cm i długości rękawa 80cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 – dotyczy Zadania 8 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze L o długości 137cm i długości rękawa 80cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 – dotyczy Zadania 8 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze XL o długości 147cm i długości rękawa 88cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 – dotyczy Zadania 8 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze M o długości 125cm i długości rękawa 75,5cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 – dotyczy Zadania 8 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze L o długości 135cm i długości rękawa 80cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22 – dotyczy Zadania 8 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze L o długości 135cm i długości rękawa 80cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 – dotyczy Zadania 8 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze XL o długości 145cm i długości rękawa 88cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 – dotyczy Zadania nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów zawierających na opakowaniu jednostkowym 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 8 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami 30x40 cm. Proponowany rozmiar L o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
---------	---------------------	-----------------------	-------------------

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

L	130cm	167cm	72cm
Tolerancja	+/- 1 cm	+/- 2cm	+/- 1 cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**1. Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 8 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami 30x40 cm. Proponowany rozmiar XL o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XL	140cm	171cm	79 cm
Tolerancja	+/- 1 cm	+/- 2cm	+/- 1cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**2. Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 8 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami 30x40 cm. Proponowany rozmiar XL o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XL	140cm	171cm	79 cm
Tolerancja	+/- 1 cm	+/- 2cm	+/- 1cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**3. Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 8 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacnianych wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami 30x40 cm. Proponowany rozmiar XXL o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
---------	------------------	--------------------	----------------

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA



XXL	150cm	175cm	86cm
Tolerancja	+/- 1 cm	+/- 2cm	+/- 1cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. **Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 8 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami wiskozowymi 30x40 cm. Proponowany **rozmiar L** o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
L	130cm	167cm	72cm
Tolerancja	+/- 1 cm	+/- 2cm	+/- 1cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

5. **Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 8 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami 30x40 cm. Proponowany **rozmiar XL** o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XL	140cm	171cm	79 cm
Tolerancja	+/- 1 cm	+/- 2cm	+/- 1cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

6. **Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 8 poz. 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami 30x40 cm. Proponowany **rozmiar XL** o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XL	140cm	171cm	79 cm
Tolerancja	+/- 1 cm	+/- 2cm	+/- 1cm

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

7. **Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 8 poz. 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartuchów niezawierających wiskozy ani celulozy, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Fartuch zapinany na „rzep” – nie w dowolnym miejscu, ale na szyi i wiązany w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, pakowany z 2 ręcznikami 30x40 cm. Proponowany rozmiar **XXL** o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
XXL	150cm	175cm	86cm
Tolerancja	+/- 1 cm	+/- 2cm	+/- 1cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadania 1, 2, 3, 8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wklejki do dokumentacji posiadały oznaczenie metody sterylizacji i dopuści, aby metoda sterylizacji znajdowała się na głównej etykiecie produktu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadania 1, 2, 8. Czy Zamawiający oczekuje serwet zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne? Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 część normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź:** Tak

Zadanie 1, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę z 3 warstwowego laminatu o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> (bez dodatkowego padu chłonnego), w rozmiarze 100 x 150 cm, chłonność 383%, odporność na przenikanie cieczy 102 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

poczwórnymi organizerami przewodów. łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m<sup>2</sup>. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420%

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2, pozycja 2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Chłonność serwet wraz ze wzmocnieniem 387%.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA



Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

Chłonność warstwy zewnętrznej 304%

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Zadanie 2, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 5, pozycja 1-6-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Zadanie 6, pozycja 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Zadanie 7, pozycja 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapianych w okolicy karku?

**Odpowiedź:** **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Zad. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych razem z 2 szt. ręczników chłonnych?

**Odpowiedź:** **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 8, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości rękawa z mankietem 68,5 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Zadanie 8, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości rękawa z mankietem 69,5 cm (+/- 2 cm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Zadanie 9, pozycja 1-4 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

Zadanie 10, pozycja 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu zarejestrowanego jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

Zadanie 10, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

Zadanie 10, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy PN-EN 14126 i dopuści fartuch zgodny z normą techniczną: EN 13795-1?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Zadanie 10, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego w całości z włókny polipropylenowej (PP) oraz folii polietylenowej (PE) o łącznej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L i XL?


**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 2 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności (455ml/m<sup>2</sup>) i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m<sup>2</sup>
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności (455ml/m<sup>2</sup>) i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m<sup>2</sup>
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:  
BAKTERIOLOGICZNA

- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:


• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności (455ml/m<sup>2</sup>) i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

• Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności (455ml/m<sup>2</sup>) i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

• Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (szytwnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778


NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.


Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności (455ml/m<sup>2</sup>) i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 serweta główna 230 x 320 cm, z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) i padem chłonnym 50 x 50 cm wokół otworu. Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pakiet 2 poz. 7 . Czy zamawiający dopuści zestaw:

- ☒ Sterylny, jednorazowego użytku
- ☒ Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- ☒ Osłona Mayo ze wzmocnieniem

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA



- ☐ Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- ☐ Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- ☐ Gramatura 62 g/m<sup>2</sup>
- ☐ Zgodność z normą PN-EN 13795

#### Skład


- ☐ 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm;
- ☐ 1 serweta 100 x 150cm;
- ☐ 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- ☐ 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm;
- ☐ 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 22 x 75cm;
- ☐ 3 OP Taśmy 10 x 50cm;
- ☐ 1 serweta 238 x 300cm z samoprzylepnym wycięciem U-kształtnym otoczonym padem chłonnym, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szytywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.
- ☐ 1 serweta 150 x 250cm z samoprzylepnym wycięciem U-kształtnym otoczonym padem chłonnym

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:  
BAKTERIOLOGICZNA



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pakiet 2 poz 8 . Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności (455ml/m<sup>2</sup>) i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS
- Gramatura serwet 65 g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 35 g/m<sup>2</sup> (włóknina typu SMS)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:


- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna z włókniny typu SMS 200 x 280 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm;

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:  
BAKTERIOLOGICZNA



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 8 poz. 1 - 4 Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapisane standardowym rzepem przy szyi zamiast w dowolnym miejscu na plecach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa 80 cm +/- 5 cm + mankiet 7-8 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa 80 cm +/- 5 cm + mankiet 7-8 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubrania z włókniny SMMS?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Zadanie 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch w dwóch rozmiarach?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Zadanie 10 poz. 4 Czy Zamawiający odstąpi od normy PN-EN 14126?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Zadanie 10 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Zadanie 10 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch w dwóch rozmiarach?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Zadanie 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę ochraniaczy za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

PRÓBK! Prosimy o potwierdzenie, że próbki mają zostać dostarczone na wezwanie Zamawiającego, a nie wraz z ofertą.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

## **ZADANIE NR 2**

1. **Poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnych serwet operacyjnych do zabiegu żyłaków kończyn dolnych w którego składzie znajduje się:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona z padem chłonnym 170 x 250 cm
- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona z padem chłonnym z wycięciem „U” (6,5x90cm) 260x200cm
- 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 x ręcznik celulozowy

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 3,4,5 Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Pakiet 1 poz. 1,3,6 Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 6,7 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 8 poz.1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m2 w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Wiązany na troki łączone w kartoniku, przy szyi zapinany na rzep. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Opakowanie sterylne papier – folia. W komplecie 2 ręczniki. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 poz.3,4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zapisanego na rzep przy szyi. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Zadanie 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kończynę z dwoma taśmami?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 7 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego antystatycznego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m<sup>2</sup>? W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie papierowo-foliowe z centralną etykietą z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Kolor niebieski. Rozmiar L – długość fartucha 125 +/-5cm, długość rękawa bez ściągacza 83 +/-3cm, ściągacz min.8cm, rozmiar XL – długość fartucha 140 +/-5cm, długość rękawa bez ściągacza 85 +/-3cm, ściągacz min.8cm

**Odpowiedź:** Jeżeli pytanie dot. zad. 8 Zamawiający dopuszcza. (zad. nr 7 Maski ochronne)

**Zadanie 7 poz. 3 i 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego wzmocnionego antystatycznego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>? Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie papierowo-foliowe z centralną etykietą z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Kolor niebieski. Rozmiar L – długość fartucha 125 +/-5cm, długość rękawa bez ściągacza 83 +/-3cm, ściągacz min.8cm, rozmiar XL – długość fartucha 140 +/-5cm, długość rękawa bez ściągacza 85 +/-3cm, ściągacz min.8cm?

**Odpowiedź:** Jeżeli pytanie dot. zad. 8 Zamawiający dopuszcza. (zad. nr 7 Maski ochronne)

**Zadanie 10 poz. 2. 1.** Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2 ? Potwierdza to również stanowisko URPLW MiPB wydane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-2. Ponadto doprecyzowane zostało, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych o podanej przez Zamawiającego specyfikacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

3. W związku z tym, że opis ubrań wymaganych przez Zamawiającego jest niezgodny z normą EN-13795-2 wnioskujemy o odpuszczenie ubrań zgodnych z normą EN -13795-2 lub modyfikację opisu ubrań.



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Zadanie 10 poz. 3**

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o informację do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane **zadaniu nr 10 poz. 3**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

2. **Jeśli w zadaniu nr 10 poz. 3** Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Zadanie 10 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie fartucha z długim rękawem zakończonym gumką o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zadanie 10 poz. 5.** Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

---

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:  
BAKTERIOLOGICZNA