



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-08-08

Pismo: NZ/47/D/P/AC/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”

Dostawy artykułów i wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz implantów ortopedycznych ujętych w 10 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej ” – znak sprawy NZ/47/D/P/AC/2023.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Pytanie – dotyczy zadania nr 4

Prosimy o dopuszczenie błękitu trypanu oferowanego w opakowaniach zbiorczych zawierających 10 fiolek o objętości 1 ml, każda sterylna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 - Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu, wytrzymałość na siły ściskające ok. 7,5 Mpa, pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24 godzinach od wprowadzenia. Biomateriał biokompatybilny i biorozpuszczalny, neutralny odczyn Ph, opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy.

Materiał dostępny w postaci bloków w rozmiarze 30x20x10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1

Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1

Zadanie 7, poz. 7-9 Czy zamawiający wydzieli poz.7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści strzykawki bez kolorowego znacznika do identyfikacji rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

zadanie 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. (każdy koreczek pakowany oddzielnie) z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający wymaga koreczka typu COMBI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 5

Pytanie nr 1

Zadanie nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez złączki prostej 22mmM – 22mmM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zawierający 2 pułapki wodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zawierający znikome ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez złączki prostej 22mmM – 22mmM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość cięcia co 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 6

Pytanie nr 1

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 6

„Czy Zamawiający w Zadaniu 6 dopuści również Triosite prostopadłościan 5x5x20mm 4 szt. w 1 op. Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu, wytrzymałość na siły ściskające ok. 7,5 Mpa, pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24 godzinach od wprowadzenia. Biomateriał biokompatybilny i biorozpuszczalny, neutralny odczyn Ph, opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w postaci bloków w rozmiarze 5x5x20mm 4 szt. w 1 op.

- syntetyczny, osteokondukcyjny
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70% ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 7

Pytanie nr 1

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości do uzupełniania ubytków kostnych o składzie 100% β - fosforan trójwapniowy, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość 80-90%, w rozmiarze: blok 15x15x20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 1 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1 i 2 z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 5, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 8

Pakiet 5

Pytanie nr 1

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego układu oddechowego: Układ oddechowy jednorazowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał polipropylen, 2 rury karbowane wewnętrznie, rury rozciągliwe w zakresie 0,6 do 1,8 m, dodatkowa rura do worka rozciągliwa w zakresie 0,5 do 1,5 m, kolanko z portem kapno, trójnik Y, średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22mmM - 22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego układu oddechowego: Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane wewnętrznie rozciągliwe w zakresie 0,6 do 1,8m, trójnik Y, średnica rur 22mm, złącza 22mmF, bez pułapki wodnej, czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów, możliwy do użytku 7 dni

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pozycja 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje łącznika ze złączem od strony maszyny o średnicy 15M, czy 22F.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje łącznika ze złączem od strony maszyny o średnicy 22F.

Pytanie nr 4

Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Złączka do układu oddechowego Y, trzyramiennie równa 22 mm, sterylna lub mikrobiologicznie czysta, pakowana folia/papier, dwoma portami, 1x użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu: Rura 1 x użytku z polietylenu w rolkach po 30 m, złącza 22 mm co 15 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 9

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 1 dopuści układ czysty mikrobiologicznie, opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 2-7 dopuści opakowanie foliowe w przypadku układów mikrobiologicznie czystych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, poz. 8 dopuści Rura 1 x użytku z polietylenu w rolkach po 30m, złącza 22 mm co 25 cm, z odpowiednim przeliczeniem (zaokrąglenie w górę do pełnych metrów)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 10

Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 7 ust. 1 wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych za opóźnienie w dostawie na następujący: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 7 ust. 2 wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad na następujący: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 10 umowy w wysokości 1 % wartości brutto wadliwego, a nie wymienionego w terminie towaru za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w zakresie § 7 ust. 3 w następujący sposób: „W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, (tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym), przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3 pkt. 1) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 8 ust. 3 pkt. 1) poprzez dodanie zapisu: „1) Nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy o którym mowa w § 12 o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wydłużenie terminu jest możliwe jedynie po wcześniejszej akceptacji przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy przedłużenie wymaga aneksu (a zatem zgody obu stron).