



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

www.szpitallimanowa.pl

e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-10-30

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy odczynników laboratoryjnych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/59/D/P/E/2023**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w poz. 13, 39, 48 krążków antybiotykowych innego producenta niż pozostałe, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź: Tak.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia próbek dla pakietu nr 1 w przypadku, gdy oferowane produkty są znane Zamawiającemu, gdyż na nich pracował?

Odpowiedź: Tak.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadania nr 2 Informacje pod formularzem cenowym pkt 2 oraz SWZ pkt 10.1 ppkt 2 - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z ofertą certyfikatów jakości i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2 Dotyczy SWZ pkt 10.1 ppkt 1 dla zadania nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko produkty, które zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym podlegają Ustawie o wyrobach medycznych posiadały dopuszczenie do obrotu lub deklarację zgodności CE IVD? Wykonawca dodatkowo przedstawi w ofercie oświadczenie które produkty nie są zaliczane do wyrobów medycznych i nie podlegają ustawie (dotyczy materiałów zużywalnych)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Dotyczy Zadania nr 2 Informacje pod formularzem cenowym pkt 4 oraz SWZ pkt 9.2 ppkt 3.2 - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z ofertą ulotek i karty charakterystyki i wyrazi zgodę na udostępnienie strony

internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Prosimy o przychylne rozpatrzenie prośby ze względu na obszerność produktowa zadania

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 4 Dotyczy projektu umowy part 3 pkt 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla podłóg na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłóg na płytach bez krwi oraz podłóg chromogennych – min. 4 - 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do Umowy Dostawy :

Pytanie nr 5 §3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia, chyba że Wykonawca udostępnił niniejsze dokumenty w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. certyfikatów, SKJ, ulotek, instrukcji czy kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 §3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej lub w formie faksu odpowiedzi na reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od udzielenia odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest uzupełnić dostawę lub dostarczyć fakturę korygującą do Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiając zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego ze skutkiem, o którym mowa w § 8 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem sytuacji w której Wykonawca udostępnił Zamawiającemu dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia w bibliotece technicznej”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 §5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia faktury do każdej dostawy, chyba, że odrębnym pisemnym uzgodnieniem strony ustalą inny sposób doręczania faktur lub Wykonawca dostarcza faktury w sposób przewidziany w §6 ust. 6 Umowy.”?

Uzasadnienie: Stosownie do treści §6 ust. 6 Umowy Zamawiający dopuszcza również przyjmowanie faktur drogą elektroniczną przesyłanych na wskazany adres e-mail Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia i ujednolicenie brzmienia poszczególnych zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 10 umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwego lub brakującego towaru za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek.”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust 2 nadając mu następujące brzmienie: *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 10 umowy w wysokości 1 % wartości brutto wadliwego lub brakującego towaru za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek.*”

Pytanie nr 10 §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 1, 2 lub 3 umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust 4 nadając mu następujące brzmienie: *Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od niniejszej umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 1, 2 lub 3 umowy.*

Pytania do Umowy dzierżawy:

Pytanie nr 11 §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W wypadku, gdy przewidywany termin naprawy aparatu przekroczy 48 godzin w dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA