



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2024-01-25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości, mat podłogowych chłonnych oraz sterylnych fartuchów chirurgicznych ujęte w czterech zadaniach”** – znak sprawy **NZ/05/D/P/A/2024**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie nr 1

Zadanie 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Zadanie 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wklejki do dokumentacji posiadały oznaczenie metody sterylizacji i dopuści, aby metoda sterylizacji znajdowała się na głównej etykiecie produktu?

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 3

Zadania 4 - Czy Zamawiający oczekuje fartuchów zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 część normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Zadanie 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapianych na rzep w okolicy karku?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

Zadanie 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z wewnętrznym owinięciem we włókninę, pakowanych razem z 2 szt. ręczników chłonnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Zadanie 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu owinięcia fartuchów we włókninę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Zadanie 4, pozycja 1, 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości rękawa z mankietem (mierzone od miejsca wszycia – rękawy standardowe) 68,5 cm (+/- 2 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Zadanie 4, pozycja 2, 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o długości rękawa z mankietem (mierzone od miejsca wszycia – rękawy standardowe) 69,5 cm (+/- 2 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 2

Pytanie 1

ZADANIE NR 1 Czy Zamawiający dopuści matę niesterylną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

ZADANIE NR 1 Czy Zamawiający dopuści matę o chłonności min 6 litrów wody?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

ZADANIE NR 4 pozycja 1 – 4 Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapisane standardowym rzepem przy szyi zamiast w dowolnym miejscu na plecach?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

ZADANIE NR 4 pozycja 1,3 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa 80 cm +/- 5 cm + mankiet 7-8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

ZADANIE NR 4 pozycja 2,4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa 80 cm +/- 5 cm

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

+ mankiet 7-8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 3

Pytanie nr 1

dotyczy Zadanie nr 4 poz.1 i 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartucha w rozmiarze L o długości 130cm±1cm, pozostałe zgodne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

dotyczy Zadanie nr 4 poz.2 i 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartucha w rozmiarze XL o długości 140cm±1cm, pozostałe zgodne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

dotyczy Zadanie nr 4 :

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy opis „zapinany taśmą/rzepem w dowolnym miejscu na plecach” w przypadku rzepu należy rozumieć, że w dowolnym miejscu na plecach w obrębie rzepu czyli pętelki i haczyka?

Odpowiedź: Rzep w okolicy karku

Pytanie nr 4

dotyczy Zadanie nr 4 :

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu metody sterylizacji umieszczonej na etykiecie samoprzylepnej służącej do wklejenia do dokumentacji. Oferowane fartuchy posiadają na opakowaniu jednostkowym metodę sterylizacji oraz identyfikator sterylności informujący, że produkt przeszedł proces sterylizacji i jest jałowy

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

dotyczy Zadanie nr 4 :

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uznanie oświadczenia potwierdzającego spełnienia wymagań aktualnej normy dla jałowych fartuchów chirurgicznych EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Tak

Zestaw 4

Pytanie 1

Zadanie 4, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania terylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m², łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 38cm(L), Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Długość rękawa 63 cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm ($\pm 0,5$ cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (± 3 cm), wewnętrzne dł. 54cm (± 3 cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm ($\pm 0,5$ cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Bez owinięcia we włókninę. Opakowanie typu blister ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Długość L-125, „. Termin ważności 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zadanie 4, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej wzmocnionej antystatycznej fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocnionej dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m², łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 40cm(XL), Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Długość rękawa 64 cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm ($\pm 0,5$ cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (± 3 cm), wewnętrzne dł. 54cm (± 3 cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm ($\pm 0,5$ cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Bez owinięcia we włókninę. Opakowanie typu blister ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Długość XL-140, „. Termin ważności 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Zadanie 4, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej antystatycznej fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS 35g/m² Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Długość rękawa 63 cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm ($\pm 0,5$ cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (± 3 cm), wewnętrzne dł. 54cm (± 3 cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm ($\pm 0,5$ cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Bez owinięcia we włókninę. Opakowanie typu blister ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary L-125, (± 5 cm). Termin ważności 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Zadanie 4, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej antystatycznej fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS 35g/m² Rękawy proste zakończone niepylącym

poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Długość rękawa 64 cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm ($\pm 0,5$ cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (± 3 cm), wewnętrzne dł. 54cm (± 3 cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm ($\pm 0,5$ cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Bez owinięcia we włókninę. Opakowanie typu blister ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary XL-140 (± 5 cm). Termin ważności 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA