

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych,

ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do badań moczu.

Numer referencyjny: NZ/10/D/P/AC/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. parametrów granicznych, tabela, punkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora używanego, w pełni sprawnego, po przeglądzie, przystosowanego do oznaczania testów w ilościach określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, rok produkcji nie starszy niż 2019?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 1

Dot. parametrów granicznych, tabela, punkt 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli porównawczej producenta aparatu 2 razy w roku, z możliwością gromadzenia oraz statystycznego opracowania wyników kontroli? Każde oznaczenie stanowi odrębny cykl zakończony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający