



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2024-02-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy artykułów medycznych, akcesorii do apartu Erbe i elektrochirurgii oraz siatek przepuklinowych niewchłaniających ujęte w 9 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/12/D/P/E/2024**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1 Zadanie nr. 9

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr. 9 siatki chirurgiczne niebarwione :

- o gramatura siatki 50g/m²
- o grubość siatki 0,41 mm
- o wielkość porów 1x1,25 mm
- o grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1 Zadanie nr 2, poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności staplera skórnoo o średnicy zszywek 0,6 mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 2, poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jałowego zestawu do usuwania zszywek staplera wraz z dwoma kompresami włókninowymi 7,5 x 7,5 cm w opakowaniu typu blister.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności siatki o wyższych parametrach użytkowych tj. polipropylenowej, makroporowej, dwukierunkowej elastyczności o gramaturze 55 g/m² i grubości 0,6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW NR 3

Zadanie nr 8 – Akcesoria do elektrochirurgii

Pytanie nr 1 Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, powierzchnia aktywna 110 cm², wymiary 176 x 122 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, pokryte hydrożelem, z systemem eliminującym zjawisko koncentracji prądu wysokiej częstotliwości w jednym punkcie elektrody, nie zawierające lateksu, opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt do elektrod 4 mm, szeroki, 2 przyciski, wtyk 3-bolcowy, z kablem o długości minimum 4m, wielorazowy do sterylizacji parowej min. 200 cykli sterylizacyjnych w temp. od 134 stopni C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 Punkt 4.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lancet prosty o długości części pracującej 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 Punkt 4.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania półpętli średnica 15mm, o długości roboczej 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę laparoskopową hak szeroki, dł. 360mm, średnica 5mm, końcówka pracująca 3 x 6,5mm, z ceramiczną izolacją końcówki, wielorazowa do sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA