



**OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65  
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08  
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia  
Samorządu Województwa Śląskiego

Znak sprawy: AZP/18/P/2026

Katowice, 7.09.2026 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**  
**WYJAŚNIENIE-MODYFIKACJA 1**

*dotyczy postępowania o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ww. ustawy pn.:*

**„Dostawa mikronarzędzi oraz wyrobów medycznych do zabiegów okulistycznych”**  
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
pod nr 2026/S 155- 560855 w dniu 12.08.2026 r.

W związku z wniesionymi zapytaniami, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi oraz wprowadza poniższe modyfikacje.

**Pytanie 1:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 3 Nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, bez znacznika, o kalibracjach 2,2 mm, 2,4 mm, 2,65 mm, 2,75 mm.”

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 2:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 2 Nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o jednostronnie ostrzonej krawędzi tnącej, bez znacznika, o kalibracjach 2,2 mm, 2,4 mm, 2,65 mm, 2,75 mm”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz 1 trepan z komorą próżniową nie posiadającą 16 znaczników, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 4:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 1 kaniulę zagiętą pod kątem 32 stopni, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 5:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 1 pęsetę Colibri Barraquer z platformą roboczą, 1x2 ząbki 0.12 mm zagięte pod kątem 90 stopni, długość całkowita 75 mm, narzędzie stalowe, rączka płaska, antypoślizgowa z jednym otworem.”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 1 treść "Pęseta

Barraquer typu Coliber ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 70 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa." na "Pęseta Barraquer typu Coliber ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 70-77 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 6:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 2 pęsetę spojówką o długości całkowitej 110 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 2 treść "Pęsetka spojówkowa ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 102 mm, bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa." na "Pęsetka spojówkowa ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 100-110 mm, bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 7:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 4 nożyczki McPherson Westcott zagięte, ostre końcówki, małe ostrza, długość cięcia 6 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie stalowe”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 8:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 5 nożyczki Westcott tępe, zagięte, długość cięcia 10 mm, długość ostrzy 20 mm, płaska rękojeść, długość całkowita 115 mm, narzędzie tytanowe”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 9:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 6 nożyczki Vannas o długości całkowitej 96 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 10:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 7 nożyczki Vannas wygięte, ostre, długość cięcia 5 mm, długość ostrzy 9 mm, długość całkowita 97 mm, narzędzie tytanowe”



**OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65  
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08  
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia  
Samorządu Województwa Śląskiego

**Odpowiedź 10:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 11:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 7 nożyczki Vannas zagięte, ostre, ostrza 7 mm, długość całkowita 85 mm, narzędzie stalowe.”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 12:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 7 nożyczki Vannas zagięte, ostre, długość cięcia 6 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie stalowe.”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 13:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 8 pęsetę do kapsuloreksji o długości całkowitej 115 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 14:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 9 pęsetę Colibri o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 9 treść "Pęseta typu Colibrii 1x2 zębki 0.12 mm, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 88 mm, tytanowa." na "Pęseta typu Colibrii 1x2 zębki 0.12 mm, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 75-90 mm, tytanowa". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 15:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 10 pęsetę chirurgiczną prostą z zębami 1x2 zębki 0.12 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 16:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 11 pęsetę Bonn prostą, 1x2 zębki 0.12 mm, z platformą roboczą 6 mm, długość całkowita 90 mm, narzędzie tytanowe”

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania

asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 17:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 pozycja nr 12 imadło zagięte, szczęki 9 mm, bez blokady, długość całkowita 110 mm, narzędzie tytanowe”

**Odpowiedź 17:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 18:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce 0.7 ml, bez obecności substancji polietylenoglikolu o stężeniu 4%.?”

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 19:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 26 błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolkach 1.5 ml?”

**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 20:** „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 Zestaw do goniotomii z irygacją i aspiracją oraz końcówkami bimanualnymi typu luer lock, jednorazowy, sterylne. Szlifowane laserowo ząbkowane ostrze. Zaokrąglony podnóżek pozwala na precyzyjne prowadzenie wzdłuż kanału Schlemma. W zestawie wraz z nożem jednorazowy SLIT 1,8 mm z osłonką. Kompatybilny z każdą aparaturą Phaco.”

**Odpowiedź 20:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 21:** „Dotyczy Pakiet Nr 37, poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 6,2mm i średnicy 0,15mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?”

**Odpowiedź 21:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie wyraża zgody na zaoferowanie podanego w pytaniu rozwiązania.

**Pytanie 22:** „dot. Pakietu 7, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pozycji preparatu o poniższych parametrach fizykochemicznych:

*Kohezyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu;*

*Pochodzenie polimeru: biofermentacja;*

*Stężenie hialuronianu sodu: 1.4%;*

*Masa cząsteczkowa (Daltony): około 3.2 mln;*

*Lepkość (mPas): średnio 135 000;*

*Osmolarność (mOsm/kg): 300 do 350;*

*pH: 6.8 - 7.6;*

*Okres ważności: 2 lata;*

*Temperatura przechowywania: 2C do 25C;;*

*Objętość strzykawki (ml): 1.1;*

*Rozmiar kaniuli (Gauge): 27?"*

**Odpowiedź 22:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 23:** „dot. Pakietu 7, poz. 2:

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pozycji preparatu posiadającego:*

*masę cząsteczkową (Daltony): 2.9 mln, lepkość (mPas): średnio 350 000 o objętości strzykawki (ml): 1.1, przy zachowaniu pozostałych parametrów fizykochemicznych preparatu?"*

**Odpowiedź 23:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 24:** „dot. Pakietu 8:

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pozycji preparatu o poniższych parametrach fizykochemicznych:*

*Kohezyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu;*

*Pochodzenie polimeru: biofermentacja;*

*Stężenie hialuronianu sodu: 1.4%;*

*Masa cząsteczkowa (Daltony): około 3.2 mln;*

*Lepkość (mPas): średnio 135 000;*

*Osmolarność (mOsm/kg): 300 do 350;*

*pH: 6.8 - 7.6;*

*Okres ważności: 2 lata;*

*Temperatura przechowywania: 2C do 25C;*

*Objętość strzykawki (ml): 1.1;*

*Rozmiar kaniuli (Gauge): 27?"*

**Odpowiedź 24:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 25:** „dot. § 7 ust. 1 pkt. a) projektowanych postanowień umowy:

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych, wg. poniższej propozycji:*

*„za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto, niedostarczonego towaru dla danego Pakietu, do dnia spełnienia świadczenia lub rozwiązania umowy w trybie § 8 ust. 2;”*

**Odpowiedź 25: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.**

**Pytania od 26 do 29 dotyczą projektowanych postanowień umowy – w zakresie Pakietu nr 38:**

**Pytanie 26:** *„Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 10 umowy, że prawo do dokonania zakupu zastępczego z obciążeniem Wykonawcy różnicą w cenie zaktualizuje się jedynie w przypadku nieuzasadnionej odmowy realizacji dostawy?”*

*Uzasadnienie:*

*Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji sytuacji, na które nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności.”*

**Odpowiedź 26: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.**

**Pytanie 27:** *„Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §5 ust. 2 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Jeżeli reklamacja okaże się niezasadna, koszt dostarczenia reklamowanego asortymentu do Wykonawcy ponosi Zamawiający.”?*

*Uzasadnienie:*

*Wykonawca nie powinien ponosić kosztów transportu reklamowanego towaru, jeżeli reklamacja okaże się niezasadna.”*

**Odpowiedź 27: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.**

**Pytanie 28:** *„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:*

*„1. Strony ustalają, że w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności jakichkolwiek naruszeń ze strony wykonawcy postanowień i zobowiązań na siebie przyjętych, wynikających z treści SWZ, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:*

*2*

*a) za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, do dnia spełnienia świadczenia lub rozwiązania umowy w trybie § 8 ust. 2, ale nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru;*

*b) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w § 5 ust. 1 i/lub 2, w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, do dnia spełnienia świadczenia lub rozwiązania umowy w trybie § 8 ust. 2, ale nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru;*

*c) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn występujących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy niezrealizowanej w ramach danego pakietu”.*

*Uzasadnienie:*

*- Górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony osobno dla poszczególnych uchybień, w przeciwnym wypadku kara umowna mogłaby przekroczyć wartość dostawy.*

*- Kara umowna za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinna być naliczana tylko od wartości*

*tej części umowy, która nie została zrealizowana wskutek ww. czynności. W innym wypadku byłaby taka sama niezależnie od tego, czy umowę wykonano w 1%, czy w 99% - co byłoby niesprawiedliwe i prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia się Nabywcy kosztem Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy koniecznym jest również obniżenie kary do wartości bardziej odpowiadającej wysokości ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego. W razie uzasadnionej potrzeby może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych."*

**Odpowiedź 28: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.**

**Pytanie 29:** *„Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 8 ust. 2 tak, aby wskazany katalog przesłanek był katalogiem zamkniętym?*

*Uzasadnienie:*

*Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne w przypadkach wskazanych konkretnie, a nie wymienionych przykładowo. W przeciwnym wypadku Zamawiający mógłby rozwiązać umowę nawet w sytuacji, gdy Wykonawca wykona nienależycie mniej znaczący obowiązek, który nie wpłynie na ogólną jakość realizacji umowy.*

*5. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 10 projektu umowy tak, aby:*

- 1) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie mogło nastąpić poniżej ceny ofertowej;*
- 2) suma dopuszczalnych waloryzacji wzrosła do 15% wartości umowy;*
- 3) wykreślony został limit czasowy na złożenie wniosku o waloryzację?*

*Uzasadnienie:*

- W przypadku obniżenia kosztów wykonania umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie powinno spaść poniżej ceny ofertowej;*
- Proponuje się zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji wynagrodzenia z 10% do 15% wartości Umowy. Zmiana ma na celu zapewnienie adekwatnego mechanizmu waloryzacyjnego, uwzględniającego możliwe, istotne zmiany poziomu cen i kosztów związanych z realizacją Umowy w okresie jej obowiązywania;*
- Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości ograniczenia w czasie możliwości złożenia wniosku o waloryzację, wobec czego brak jest podstaw dla wprowadzenia do umowy ww. klauzuli."*

**Odpowiedź 29: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.**

**Pytanie 30:** *„Pakiet 3. Poz3.*

*Czy zamawiający dopuszcza Marker okulistyczny jałowy, jednorazowy, długość całkowita 138 mm, z dwustronną końcówką ciętką 0,5 mm i 1 mm, barwnik fiolet gencjanu."*

**Odpowiedź 30: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 31:** *„Pakiet 1. Poz 3*

*Czy zamawiający dopuszcza Nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, wykończone matowo, bez znacznika na dł. 2,00 mm o kalibracjach 2,2 mm, 2,4 mm, 2,65 mm, 2,75 mm."*

**Odpowiedź 31:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 32:** „Pakiet 4, poz 1.

*Czy zamawiający dopuszcza Retraktor tęczówkowy jednorazowego użytku, sterylny wykonany z nylonu 6.6, długość 9 mm i średnica 0,14 mm. Każdy retraktor posiada silikonowy transparentny, bezbarwny stoper o średnicy zewnętrznej 1,40 mm  $\pm$  0,08 mm.*

*1 komplet = 5szt."*

**Odpowiedź 32:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 33:** „Pakiet nr 18, poz. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki witreoretinalne 23G? Pozostałe parametry bez zmian."

**Odpowiedź 33:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie wyraża zgody na zaoferowanie podanego w pytaniu rozwiązania.

**Pytanie 34:** „Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?"

**Odpowiedź 34:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 35:** „Pakiet 10, poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o określenie jakiej rozwórki Zamawiający potrzebuje czy chodzi o drucianą czy z blaszkami?"

**Odpowiedź 35:** Zamawiający precyzuje, że wymaga dostarczenia w zestawie rozwórki ocznej drucianej (bez blaszek), tym samym modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 10 poz. 1 treść "[...] - 1 x rozwórka oczna [...]" na "[...] - 1 x rozwórka oczna druciana (bez blaszek) [...]". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 36:** „Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą okulistyczną SMS o wym. 100x100cm, otwór z folią 10x10cm i torbą do zbiórki płynów?"

**Odpowiedź 36:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie wyraża zgody na zaoferowanie podanego w pytaniu rozwiązania.

**Pytanie 37:** „Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą okulistyczną 2-warstwową o wym. 100x100cm, otwór z folią 10x10cm?"

**Odpowiedź 37:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie wyraża zgody na zaoferowanie podanego w pytaniu rozwiązania.

**Pytanie 38:** „Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą okulistyczną 2-warstwową o wym. 75x90cm z otworem z otworem o średnicy 8 cm z folią klejącą naciętą poziomo i workiem odciekowym?”

**Odpowiedź 38:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie wyraża zgody na zaoferowanie podanego w pytaniu rozwiązania.

**Pytanie 39:** „Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze strzykawką insulinową 1ml + igła iniekcyjna G27 0,4 x 0,13?”

**Odpowiedź 39:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie wyraża zgody na zaoferowanie podanego w pytaniu rozwiązania.

**Pytanie 40:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?”

**Odpowiedź 40:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 41:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.”

**Odpowiedź 41:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 42:** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?”

**Odpowiedź 42:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 43:** „Dotyczy § 7, ust. 1 lit. c) Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

c) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn występujących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy w ramach danego pakietu.”

**Odpowiedź 43:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 44:** „(pakiet 10) Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszkliskowej posiadający strzykawkę insulinową 30Gx ½” 0,3 x12mm, 1ml?”

**Odpowiedź 44:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza zaoferowania podanego w pytaniu rozwiązania.

**Pytanie 45:** „(pakiet 10) Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszkliskowej o poniższym składzie:

1x serweta okulistyczna SMS 60x60 cm, otwór 6x8 cm

1x serweta na stół FS2 75x90 cm

1x rozwórka oczna pełne blaszki

1x znacznik okulistyczny 3,5 – 4,0 mm

1x zacisk Kocher (pean)

1x strzykawka insulinówka 30G, 0,3x12 mm, 1 ml

1x miska galipot 60 ml

1x osłonka oka - opatrunek samoprzylepny

3x tampon papieroski

5x kompres gazowy 7,5x7,5"

**Odpowiedź 45:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 46:** „(pakiet 10) Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszkliskowej o poniższym składzie:

1x serweta okulistyczna SMS 50x60 cm, otwór 10x10 cm, z folia z nacięciem 8cm

1x serweta do owinięcia FS2 60x60 cm

5x kompres 5x5cm

1x miska Gallipot 60 ml

2x patyczki 15cm

1x kocher 13cm

1x rozwórka oczna pełne blaszki

1x znacznik okulistyczny 3,5-4,0 mm"

**Odpowiedź 46:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 47:** „(pakiet 8) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej 1,2-2,0 mln Daltonów, lepkości ok. 30 000mPas, osmolarności 270-400 mOsm/kg, ampułkostrzykawka 1ml, kaniula 27G, właściwości kohezyjne, pochodzenia syntetycznego?"

**Odpowiedź 47:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 48:** „dotyczy pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nóż typu slit ostrzony jednostronnie od góry, krawędzie tnące nie przechodzą poza najszerszą część ostrza, bez znacznika?"

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 49:** „dotyczy pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nóż MVR 209 – 1.2 mm oraz 19G – 1.5 mm"

**Odpowiedź 49:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 50:** „dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści retraktor tęczówkowy o długości 10mm i średnicy 0.20 mm?"

**Odpowiedź 50:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 51:** „dotyczy pakietu nr 6

*Czy Zamawiający dopuści pierścień dotorebkowy sterylny (PMMA), kształt elipsowaty, kolor niebieski, dostępny w rozmiarach 11, 12, 13, 14 mm, pakowany pojedynczo bez injectora.”*

**Odpowiedź 51:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 52:** „dotyczy pakietu nr 8

*Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mlnDa, lepkości 400 00 mPas i osmolarności 270-400 mOsmol/kg?.”*

**Odpowiedź 52:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 53:** „dotyczy pakietu nr 10

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszklistikowych według poniższego składu:*

- Obłożenie na stół 120x90cm – 1x
- Obłożenie 50-60 z filmem do nacięcia wstępnie naciętym – 1x
- Znacznik twardówkowy 3,5 – 4,0mm – 1x
- Tip bawełniany – 2x
- Rozwórka druciana Barraquer – 1x
- Kleszczyki Kocher plastikowe – 1x
- Gazik 7,5x7,5cm – 5x
- Strzykawka 1ml z igłą 30G – 1x
- Osłonka na oko samoprzylepna – 1x.”

**Odpowiedź 53:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 54:** „dotyczy pakietu nr 26

*Czy Zamawiający dopuści roztwór w opakowaniach zbiorczych zawierających 10 sztuk fiolek – każda sterylnie zapakowana?.”*

**Odpowiedź 54:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 55:** „Pakiet nr 1 Pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści noże slit o rozmiarach 2,2mm; 2,4mm oraz 2,75mm bez 2,65mm?.”

**Odpowiedź 55:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 56:** „Pakiet nr 1 Pozycja nr 4 - Czy zamawiający dopuści noże MVR 20G- 1,2mm oraz 19G - 1,4mm?”

**Odpowiedź 56:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 57:** „Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszkliskowej o poniższym składzie?

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 75 x 90 cm
- 1 serweta główna 75 x 90 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem
- 1 rozwórka do powiek
- 1 plastikowe kleszcze hemostatyczne
- 1 szablon 3,5 mm / 4 mm
- 2 patyczki z bawełnianą główką
- 5 szt. kompresów gazowych 10 x 10 cm, 17 nitkowych, 12 warstwowych.”

**Odpowiedź 57:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 58:** „Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści kaniulę zagiętą od końca 6mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?”

**Odpowiedź 58:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 59:** „Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści pierścienie napinające torebki AJL wykonane z transparentnego PMMA Dostępny w dwóch rozmiarach: 10/12 i 11/13?”

**Odpowiedź 59:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 60:** „Czy w Pakiecie nr 1 Poz. 4. Zamawiający dopuści nóż prosty 20G – 1,2mm oraz 19G- 1,5mm lub 23G – 0,9mm?”

**Odpowiedź 60:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 61:** „Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści retraktory z niebieskiego polipropylenu o długości 10mm, transparentny stoper silikonowy średnica zewnętrzna 1,5mm, wewnątrz 0,5mm w opakowaniu handlowym a'5?”

**Odpowiedź 61:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 62:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 1.

*Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta Colibri tytanowa ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 77mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa bez otworów?."*

**Odpowiedź 62:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 1 treść "Pęseta Barraquer typu Coliber ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 70 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa." na "Pęseta Barraquer typu Coliber ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 70-77 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 63:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 2.

*Czy Zamawiający dopuści pęsetę spojówkową ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 108mm bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa?."*

**Odpowiedź 63:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 2 treść "Pęsetka spojówkowa ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 102 mm, bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa." na "Pęsetka spojówkowa ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 100-110 mm, bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa.". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 64:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 3.

*Czy Zamawiający dopuści imadło o parametrach: Imadło do igieł typu Barraquer, zagięte, ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 125mm?."*

**Odpowiedź 64:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 65:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki Westcott Stitch ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 115 mm z rączką zaokrągloną?"

**Odpowiedź 65:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 66:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 5.

*Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki typu Westcott ostre, zagięte; długość cięcia 13mm długość ostrzy, długość całkowita 115 mm, stalowe?."*

**Odpowiedź 66:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 67:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 6.

*Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki typu Vannas ostre, zagięte; długość cięcia 6mm długość ostrzy 9 mm, długość całkowita 81mm, stalowe?.”*

**Odpowiedź 67:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 68:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 7.

*Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki typu Gills-Vannas zagięte, ostre; długość cięcia 10mm, długość ostrzy 13mm, długość całkowita 84mm, stalowe?.”*

**Odpowiedź 68:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 69:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 8.

*Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: krzyżowa, zagięta, ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 8,5mm, długość całkowita 110mm, płaska rękojeść, tytanowa?.”*

**Odpowiedź 69:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 70:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 9.

*Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta typu Colibrii 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 5mm, długość całkowita 84mm, tytanowa?.”*

**Odpowiedź 70:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 9 treść "Pęseta typu Colibrii 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 88 mm, tytanowa." na "Pęseta typu Colibrii 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 75-90 mm, tytanowa". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 71:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 10.

*Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta chirurgiczna prosta 1x2 ząbki 0.12mm, długość części roboczej 5mm, długość całkowita 110mm, tytanowa?.”*

**Odpowiedź 71:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 72:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 11.

*Czy Zamawiający dopuści pęsetę o parametrach: Pęseta typu Bonn 1x2 ząbki 0.12mm prosta, długość części roboczej 5mm, długość całkowita 94mm, tytanowa?.”*

**Odpowiedź 72:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 73:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 12

*Czy Zamawiający dopuści imadło o parametrach: Imadło zagięte 8mm, długość całkowita 115mm, tytanowe?.”*

**Odpowiedź 73:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 74:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 13.

*Czy Zamawiający dopuści manipulator o parametrach: Manipulator zakończony "grzybkiem" zagięty, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 122mm, końcówka stalowa, rękojeść tytanowa?.”*

**Odpowiedź 74:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 75:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 14.

*Czy Zamawiający dopuści rozwórkę o parametrach: Rozwórka rozkręcana 14mm, otwarta, tytanowa?.”*

**Odpowiedź 75:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 76:** „Dotyczy Pakietu 19. Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści nożyczki o parametrach: Nożyczki rogówkowe/universalne Castroviejo, zakrzywione, tępe końcówki i małe ostrza, długość cięcia 7,5mm, długość całkowita 10,2cm, narzędzie stalowe?

**Odpowiedź 76:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 77:** „Dotyczy pakiet nr 7 poz. 1

*Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 1 produkt o osmolarności 270-400 mOsm/kg.”*

**Odpowiedź 77:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 78:** „Dotyczy pakiet nr 7 poz. 2

*Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz. 2 materiał wiskoelastyczny kohezyjny. Połączenie kwasu hialuronowego z mannitolem o pojemności 1 ml o następującej specyfikacji:*

- Zgodny z Eur. Ph. wysokiej jakości kwas do stosowania wewnątrzgałkowego, wstrzykiwany, który pochodzi z biofermentacji
- Każde opakowanie zawiera 1 strzykawkę, 1 kaniulę 27G 7/8", 1 ulotkę, 10 etykiet identyfikacyjnych
- strzykawka szklana, klasa farmaceutyczna I, bezlateksowa, ampułkowa – 1 ml
- Stężenie NaHa: 15,5 mg/g
- Masa cząsteczkowa kwasu hialuronowego w końcowym sterylnym produkcie: 2,2 MDa (wartość średnia)
- Bufor fosforanowy pH 7,2: q.s. 1g
- Z naturalnym antyoksydantem: Kwas hialuronowy z mannitolem
- Izoosmolarność: 310 mOsm (wartość średnia)
- pH: 6,8-7,6
- Lepkość przy prędkości ścinania 0,01s-1: 170 Pa.s (170 000 cPoise) (wartość średnia)."

**Odpowiedź 78:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 79:** „Dotyczy pakiet nr 19 poz. 5-14

Czy zamawiający dopuści do PAKIETU 19 w pozycjach 5-14 narzędzia z najwyższej jakości niemieckiej stali chirurgicznej?."

**Odpowiedź 79:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 80:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 1: Czy zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 75 mm?."

**Odpowiedź 80:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 1 treść "Pęseta Barraquer typu Coliber ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 70 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa." na "Pęseta Barraquer typu Coliber ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 70-77 mm, długości branszy od zagięcia 0,12 mm. Rączka płaska, antypoślizgowa". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 81:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 2: Czy zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 100 mm?."

**Odpowiedź 81:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 2 treść "Pęsetka spojówkowa ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 102 mm, bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa." na "Pęsetka spojówkowa ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 100-110 mm, bransza zakończona na 1x2 zęby, prosta. Rączka płaska, bez otworów, antypoślizgowa.". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 82:** Dotyczy pakiet nr 19 POZ 3: Czy zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 135 mm?."

**Odpowiedź 82:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, jednocześnie wskazuje, że wymaga imadła o długości całkowitej 135 mm.

**Pytanie 83:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 4: Czy zamawiający dopuści narzędzie ręczka bez otworów, o długości 110 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 83:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 4 treść "Nożyczki McPherson-Westcott Stitch ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 105 mm o małych ostrzach, extra ostre. Rączka z trzema otworami" na "Nożyczki McPherson-Westcott Stitch ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 105 mm o małych ostrzach, extra ostre. ~~Rączka z trzema otworami~~". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 84:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 6: Czy zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 80 mm?”

**Odpowiedź 84:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 85:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 7: Czy zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 85 mm?”

**Odpowiedź 85:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 86:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 8: Czy zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 100 mm z płaską rękojeścią?”

**Odpowiedź 86:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 87:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 9: Czy zamawiający dopuści narzędzie ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 75 mm?”

**Odpowiedź 87:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, modyfikuje treść Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, zmieniając w pakiecie 19 poz. 9 treść "Pęseta typu Colibrii 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 88 mm, tytanowa." na "Pęseta typu Colibrii 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 75-90 mm, tytanowa". Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.1 do SWZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 88:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 10: Czy zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 100 mm?”

**Odpowiedź 88:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 89:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 11: Czy zamawiający dopuści narzędzie o długości całkowitej 70 mm ?.”

**Odpowiedź 89:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 90:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 12: Czy zamawiający dopuści narzędzie ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 140 mm ?.”

**Odpowiedź 90:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 91:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 13: Czy zamawiający dopuści narzędzie ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 120 mm ?.”

**Odpowiedź 91:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 92:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 14: Czy zamawiający dopuści narzędzie ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 150 mm ?.”

**Odpowiedź 92:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, nie dopuszcza oferowanego rozwiązania.

**Pytanie 93:** „Dotyczy pakiet nr 19 POZ 15: Czy zamawiający dopuści narzędzie ze stali nierdzewnej o długości całkowitej 110 mm ?.”

**Odpowiedź 93:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 94:** „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 36 część B poz. 5 dopuści igłę 3/8 koła, okrągłą, podwójną o długości 6,5mm oraz długość nitki 45cm, kolor niebieski, pozostałe parametry bez zmian?.”

**Odpowiedź 94:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.



**OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65  
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08  
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia  
Samorządu Województwa Śląskiego

**Pytanie 95:** „Czy Zamawiający w Pakiecie 36 część C poz. 4 dopuści igłę 3/8 koła, szpatułkową z mikroostrzem, podwójną o długości 6,5mm oraz nitkę o długości 30cm w kolorze fioletowym, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź 95:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia, niemniej dopuszcza zaoferowane w pytaniu rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie wprowadził istotnych zmian treści SWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian do dnia 14.09.2026 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.15, a także termin związania ofertą do dnia 12.12.2026 r.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – zmodyfikowany formularz cenowy dla pakietu 10 i 19

Zatwierdzono:

Dyrektor  
Okręgowego Szpitala Kolejowego  
w Katowicach – s.p.z.o.o.  
Ryszard Janta