



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Znak sprawy: AZP/22/P/2026

Katowice, 14.10.2026 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1**

*dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:*

Dostawa okulistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.o.

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 8.10.2026 r.,
pod nr 2026/BZP 00478409/01

W związku z wniesionymi zapytaniem, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo Zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytania od 1 do 6 dotyczą: załącznik nr 1.1 do swz sopz - Pakiet nr 6: Optyczny tomograf koherentny (OCT) wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku.

Pytanie 1: „dot. Lp. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zintegrowaną z obudową przystawkę do przedniego odcinka (nie jako osobne akcesorium)?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań poza opisanymi w SWZ, dopuszcza urządzenie posiadające zintegrowaną z obudową przystawkę do przedniego odcinka, nie będące osobnym akcesorium pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2: „dot. Lp. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w trybie manualnym za pomocą myszki komputerowej?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące w trybie manualnym za pomocą myszki komputerowej pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 12. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 3: „dot. Lp. 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej szerokości skanowania siatkówki 15mm?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza urządzenie o maksymalnej szerokości skanowania siatkówki 15mm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 14. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 4: „dot. Lp. 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości skanowania siatkówki 2,8mm?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza urządzenie o głębokości skanowania siatkówki 2,8mm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 15. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 5: „dot. Lp. 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez normatywnej bazy danych dla pacjentów krótkowzrocznych?”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ, nie dopuszcza rozwiązania proponowanego w pytaniu.

Pytanie 6: „dot. Lp. 27

Czy Zamawiający wymaga, aby w module biometrii OCT (automatycznym pomiarze długości osiowej gałki ocznej) była możliwość oceny progresji krótkowzroczności na bazie siatek centylowych?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wymaga aby w module biometrii OCT (automatycznym pomiarze długości osiowej gałki ocznej) była możliwość oceny progresji krótkowzroczności na bazie siatek centylowych.

Pytania od 7 do 8 dotyczą: załącznik nr 2 do swz - projektowane postanowienia umowy

Pytanie 7: „dot. par. 7 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Zgłaszanie awarii, wad i usterek (reklamacja) następowało w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 6 umowy w godzinach pracy Wykonawcy tj. od 8.00-16.00?

Odpowiedź 7: Zamawiający nie zmienia projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 8: „dot. par. 7 pkt. 9

Czy Zamawiający może wydłużyć czas jaki Wykonawca ma na przystąpienie do usuwania zgłoszonej awarii, wady lub usterki do „48 godzin w dni robocze” od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Zamawiającego?

Odpowiedź 8: Zamawiający zmienia projektowane postanowienia umowy w §7 ust. 9 zmieniając treść o brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonej awarii, wady lub usterki w terminie do 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Zamawiającego” na „Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonej awarii, wady lub usterki w terminie do 24 godzin w dni robocze od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Zamawiającego”. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę z uwzględnieniem niniejszej zmiany.

Pytanie 9: „Dotyczy: załącznik nr 2 do swz - projektowane postanowienia umowy – dot. par. 7 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Zgłaszanie awarii, wad i usterek (reklamacja) następowało w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 6 umowy „w godzinach pracy Wykonawcy tj. od 8.00-16.00 w dni robocze”?

Odpowiedź 9: Zamawiający nie zmienia projektowanych postanowień umowy.

Pytania od 10 do 16 dotyczą pakietu 7 – przenośny ultrasonograf okulistyczny

Pytanie 10: „pkt 10

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z regulacją wzmocnienia w zakresie 20–110 dB zamiast wymaganego zakresu 0–105 dB?”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ, niemniej dopuszcza ultrasonograf z regulacją wzmocnienia w zakresie 20–110 dB pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 11: „pkt 18

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf umożliwiający nagrywanie, zapisywanie, odtwarzanie oraz eksport filmów z badań, bez możliwości ich dodatkowej obróbki?

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiający nagrywanie, zapisywanie, odtwarzanie oraz eksport filmów z badań, bez możliwości ich dodatkowej obróbki pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 18 wykreślając wymóg umożliwienia obróbki nagranych filmów z badań. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 12: „pkt 24

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, prezentujący obrazy ultrasonograficzne w 256-stopniowej skali szarości, bez funkcji kolorowej prezentacji wyników badań?

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy, prezentujący obrazy ultrasonograficzne w 256-stopniowej skali szarości, bez funkcji kolorowej prezentacji wyników badań pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 24. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 13: „pkt 14

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf umożliwiający wykonywanie pomiarów odległości, powierzchni oraz wskazywanie punktów, bez funkcji pomiaru kątów?

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez funkcji pomiaru kątów pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 14. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 14: „pkt 21

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf umożliwiający regulację parametrów obrazu podczas badania, bez możliwości dodatkowej zmiany kontrastu i ostrości już zapisanych zdjęć?

Odpowiedź 14: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ, nie dopuszcza rozwiązania proponowanego w pytaniu.

Pytanie 15: „pkt 20

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf umożliwiający nagrywanie, odtwarzanie i eksport sekwencji wideo, bez funkcji wyboru pojedynczych klatek z zapisanego filmu?

Odpowiedź 15: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ, nie dopuszcza rozwiązania proponowanego w pytaniu.

Pytanie 16: pkt 25

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf dostarczany w pudełku transportowym wyposażonym w rączkę do przenoszenia, zamiast etui lub torby ochronnej?

Odpowiedź 16: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ, niemniej dopuszcza ultrasonograf dostarczany w pudełku transportowym wyposażonym w rączkę do przenoszenia, zamiast etui lub torby ochronnej pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 17: „(umowa, § 7 pkt. 11) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w pkt. 11 jaki czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 3 dni robocze miał na myśli? Czy chodzi o przekroczenie o dodatkowe 3 dni robocze względem terminów wskazanych w ust. 10? Prosimy Zamawiającego o modyfikację umowy w tym zakresie.

Odpowiedź 17: Zamawiający precyzuje, że czas naprawy i usunięcia awarii, wady lub usterki urządzenia określony w §7 ust. 10 stanowi maksymalne terminy na zrealizowanie naprawy urządzenia lub usunięcia awarii, wady lub usterki, natomiast obowiązek zapewnienia urządzenia zastępczego, o którym mowa w ust. 11 pojawia się niezależnie po upływie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Pytanie 18: (pakiet 7, pkt. 3) Czy Zamawiający odstąpi od podania miesiąca produkcji urządzenia, gdyż produkcja urządzenia zależna będzie od miesiąca, w którym nastąpi wynik postępowania?

Odpowiedź 18: Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ, niemniej umożliwia nie podanie miesiąca produkcji oferowanego urządzenia, jeżeli jest ono produkowane po terminie składania ofert, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 19: dot. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabeli cenowej w formularzu ofertowo - cenowym, ze względu na zastosowanie różnych stawek VAT?

Odpowiedź 19: Zamawiający modyfikuje tabelę cenową w Formularzu ofertowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w której rozdziela pakiet nr 6 na dwa wiersze, umożliwiając podanie różnych stawek VAT, jeżeli zachodzi taka konieczność (element urządzenia jest oferowany poza zestawem, jako osobne akcesorium). Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję Formularza ofertowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził zmianę treści SWZ, która może wymagać od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie oferty, przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 20.10.2026 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godzinie 10.05, a także termin związania ofertą do dnia 18.11.2026 r.

Stosownym zmianom ulega także treść ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do SWZ – SOPZ
2. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowo- cenowy

Zatwierdzono:

Dyrektor
Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach – s.p.z.o.o.

Ryszard Janta