



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Znak sprawy: AZP/22/P/2026

Katowice, 19.10.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2

*dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego **w trybie podstawowym bez negocjacji**, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:*

Dostawa okulistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.o.

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 8.10.2026 r.,
pod nr 2026/BZP 00478409/01

W związku z wniesionymi zapytaniem, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo Zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Dotyczy: załącznik_nr_1.1_do_swz___sopz - Pakiet nr 6: Optyczny tomograf koherentny (OCT) wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku. - dot. Lp. 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z normatywną bazą danych tylko dla pacjentów normowzrocznych z typową długością gałek ocznych?”

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 24. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 2: „Dotyczy: załącznik_nr_1.1_do_swz___sopz - Pakiet nr 6: Optyczny tomograf koherentny (OCT) wraz z dedykowaną, fabryczną skrzynią transportową do wielokrotnego użytku. - dot. Lp. 24

Czy Zamawiający wymaga, aby normatywna baza danych dla pacjentów krótkowzrocznych z długością gałek ocznych powyżej 26mm obejmowała grupę etniczną europejską tzw. kaukaską?”

Odpowiedź 2: Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 24. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 3: „pakiet 7 – przenośny ultrasonograf okulistyczny – pkt 17

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf umożliwiający nagrywanie sekwencji B-scan obejmującej do 100 klatek, z możliwością ich przeglądania klatka po klatce oraz wyboru i zapisu dowolnego obrazu?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiające nagrywanie sekwencji B-scan obejmującej do 100 klatek, z możliwością ich przeglądania klatka po klatce oraz wyboru i zapisu dowolnego obrazu pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ w pkt 17. Składając ofertę Wykonawca wypełnia zmodyfikowaną wersję załącznika SOPZ,



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na kolor niebieski.

Pytanie 4: „pakiet 7 – przenośny ultrasonograf okulistyczny – pkt 21

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu regulacji kontrastu i ostrości wykonanych zdjęć możliwość regulacji parametrów Gain (wzmocnienie), Dynamic Range (zakres dynamiki) oraz TGC (kompensacja wzmocnienia zależna od głębokości), które umożliwiają zmianę jasności, kontrastu i wyrazistości obrazu ultrasonograficznego?”

Odpowiedź 4: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowane w pytaniu urządzenie pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził zmianę treści SWZ, która może wymagać od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie oferty, przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 27.10.2026 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godzinie 10.05, a także termin związania ofertą do dnia 25.11.2026 r.

Stosownym zmianom ulega także treść ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 1.1 do SWZ – SOPZ

Zatwierdzono:

Dyrektor
Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach – s.p.z.o.z.

Ryszard Janta