

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Pismo: 17/ZP/2016/6

Pilchowice dnia: 2017-01-31

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dzierżawa respiratorów dla szpitala w Pilchowicach (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z błędem pisarskim Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na **Dzierżawę respiratorów dla szpitala w Pilchowicach**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmiana w Załączniku nr 5a Szczegółowy Opis Zamówienia w pozycji 3.

jest :

Czas oczekiwania na serwis (czas reakcji na naprawy lub wymianę aparatu podany również w formularzu oferty max 12 h

winno być :

Czas oczekiwania na serwis (czas reakcji na naprawy lub wymianę aparatu podany również w formularzu oferty max 6 h

K I E R O W N I K
Działu Statystyki Medycznej,
Marketingu i Promocji Zdrowia
mgr Danuta Markłowska
tel. 32 235 65 27 w. 379

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

INFORMACJA O GWARANCJI I SERWISIE

1	Dostępność serwisu w wszystkie dni tygodnia (całodobowa telefoniczna)	TAK	
2	Czas oczekiwania na serwis (czas reakcji na dostarczenie pierwszego aparatu od momentu przesłania zawiadomienia do siedziby pacjenta)	-	24 godziny
3	Czas oczekiwania na serwis (czas reakcji na naprawy lub wymianę aparatu podany również w Formularzu oferty max 6 h)	Podać czas w godzinach	
4	Tel. /Fax./e-mail	Podać telefon / fax /e-mail	
5	Osoba do kontaktów	Podać osobę do kontaktu	
6	Podmiot serwisujący, adres serwisu	Podać dane kontaktowe	

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową wydierżawianych respiratorów. Serwis respiratorów wraz z wymianą podzespołów skalkulowany w cenie dzierżawy. Transport respiratorów do siedziby pacjenta skierowanego przez Szpital oraz w przypadku awarii (wymiany) zawarty w cenie dzierżawy.

Do obowiązków Wykonawcy wchodzi wymiana respiratora na zastępczy o takich samych parametrach w razie awarii. Wymiana taka nastąpić winna maksymalnie w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia usterki, o ile w tym czasie awaria nie zostanie usunięta.

Wykonawca zobowiązuje się wymienić aparat na analogiczny o parametrach w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii danego aparatu w miesiącu.

Oświadczamy, że urządzenia tj. respiratory są kompletne i będą gotowe do pracy po zainstalowaniu bez dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego

data

podpis i pieczęćka Wykonawcy lub osoby upoważnionej