

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcją bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 7/7PN/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Pakiet Nr 1 – Łóżko szpitalne, 65 szt.

Czy w rozumieniu pkt 4 Zamawiający dopuści wysokość barierki 400mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 8 Zamawiający dopuści zmianę wysokości leża w zakresie 490-740

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 8 Zamawiający dopuści funkcje autokonturu

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 11 Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie robocze 170 kg

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 17 Zamawiający dopuści wysokość materaca przeciwoślizgowego 10cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet Nr 3 – Łóżka Endoskopowe 5 szt.

Czy w rozumieniu pkt. 3 Zamawiający dopuści szerokość 750mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 3 Zamawiający dopuści szerokość 790 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 3 Zamawiający dopuści długość 2080 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 3 Zamawiający dopuści wymiary materaca 1910 x 640 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 5 Zamawiający dopuści pozycję trendelburga uzyskiwaną za pomocą pompy hydraulicznej

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 6 Zamawiający dopuści pozycję anty-trendelburga uzyskiwaną za pomocą pompy hydraulicznej

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 10 Zamawiający dopuści brak uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 12 Zamawiający dopuści ruchomy segment uda regulowany za pomocą mechanizmu śrubowego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 14 Zamawiający dopuści składane bariery boczne po obu stronach łóżka o wysokości min. 430mm, powyżej leża oraz długości min. 1220mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 16 Zamawiający dopuści brak podnóżka

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 16 Zamawiający dopuści brak zagłówka

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 16 Zamawiający dopuści dźwignię blokady centralnej po obu stronach łóżka przy części nóg

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 17 Zamawiający dopuści miejsce na butle umiejscowione między leżem a podstawą od strony głowy pacjenta

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 18 Zamawiający dopuści dźwignię blokady centralnej dostępną po obu stronach łóżka przy części nóg

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet Nr 4 – Fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 2szt.

Czy w rozumieniu pkt. 5 Zamawiający dopuści segment głowy i segment pleców jako jeden segment

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 5 Zamawiający ma na myśli elektromechaniczną regulację wszystkich wymienionych segmentów

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 8 Zamawiający dopuści regulację wysokości 680-940 mm elektromechaniczną uzyskiwaną tylko za pomocą kablowego pilota ręcznego



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 9 Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców 10-45° elektromechaniczną uzyskiwaną za pomocą tylko kablowego pilota ręcznego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 10 Zamawiający dopuści regulację segmentu siedzenia 9-20° elektromechaniczną uzyskiwaną za pomocą tylko kablowego pilota ręcznego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 11 Zamawiający dopuści segment nożny rozkładany z pozycji siedzącej za pomocą kablowego pilota ręcznego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 13 Zamawiający dopuści brak programatora i panelu nożnego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet Nr 5– Fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 23 szt.

Fotel laryngologiczny - 6 szt

Czy w rozumieniu pkt. 6 Zamawiający dopuści regulowany, odejmowalny, tapicerowany zagłówek oraz regulowaną kolumnę elektromechaniczną na podstawie wyposażonej w specjalne antypoślizgowe stopki

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 7 Zamawiający dopuści regulację siedziska w zakresie 640-840 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 8 Zamawiający dopuści wysokość 640-840 mm, szerokość 510 mm, wysokość oparcia 645 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 11 Zamawiający dopuści regulowane stopki gwarantujące stabilność fotela podczas badań Fotel specjalny pielęgnacyjny 4 szt.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 26 Zamawiający dopuści szerokość fotela 83 cm, wysokość 56 cm, waga 85kg

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 27 Zamawiający dopuści fotel wyposażony w podłokietniki o stałej wysokości

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 28 Zamawiający dopuści zagłówek jako dodatkową ściąganą poduszkę

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Fotel Specjalistyczny do pobierania krwi - 7szt.

Czy Zamawiający dopuści zagłówek z oparciem stanowiące jeden segment

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 45 Zamawiający dopuści kolor tapicerki – niebieski

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 46 Zamawiający dopuści głębokość 103 cm, wysokość całkowitą 165 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**



**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ.**

Czy w rozumieniu pkt. 47 Zamawiający dopuści wymiary podłokietników 45x16 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy w rozumieniu pkt. 48 Zamawiający dopuści regulacje kąta podłokietników w poziomie 30°, w pionie poruszające się razem z oparciem

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 49 Zamawiający dopuści możliwość regulacji oparcia w zakresie 0-70°

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Fotel zabiegowy multifunkcyjny, elektrycznie regulowany – 2 szt

Czy w rozumieniu pkt. 70 Zamawiający dopuści elektrycznie regulowaną wysokość fotela mieszczącą się w zakresie 70 -99 cm, za pomocą pilota ręcznego lub nożnego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 72 Zamawiający dopuści segment pleców regulowany elektrycznie

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt 75 Zamawiający dopuści wymiary fotela: długość 210cm., szerokość 55cm, wysokość 70-99 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Fotel z regulacją hydrauliczną – 2szt

Czy w rozumieniu pkt. 94 Zamawiający dopuści regulowane stopki gwarantujące stabilność fotela podczas badań

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 95 Zamawiający dopuści zagłówek regulowany mechanicznie w zakresie 0-90°, regulację elektryczną podnóżka 0- 88°

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 96 Zamawiający dopuści odcinek lędźwiowy regulowany elektrycznie w zakresie 0-78°

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 96 Zamawiający dopuści podłokietniki bez możliwości odwodzenia do boku

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 97 Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 64-84 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Fotel z regulacją elektryczną – 2szt.

Czy w rozumieniu pkt. 115 Zamawiający dopuści regulowane stopki gwarantujące stabilność fotela podczas badań brak wieszaka na papier

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 116 Zamawiający dopuści zagłówek regulowany mechanicznie w zakresie 0-90°, regulację elektryczną podnóżka 0- 88°

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 117 Zamawiający dopuści odcinek lędźwiowy regulowany elektrycznie w zakresie 0-78°

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu pkt. 117 Zamawiający dopuści podłokietniki bez możliwości odwodzenia do boku

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Czy w rozumieniu pkt. 118 Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 64-84 cm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie Z SWZ**

Pytania do SWZ

Czy Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania Zamówienia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej minimum 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia wraz z załączonymi dowodami (np. referencjami lub protokołami) na co najmniej jedno zadanie wymienione w pakiecie 1, 2, 3, 4, 5 ? Jeżeli Zamawiający wymagać będzie do każdego elementu wymienionego w pakietach 1, 2, 3, 4, 5 potwierdzenia wykonania zadania celem wykazania iż posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania Zamówienia, czy Zamawiający dopuści jako załączony dowód wykonania Zamówienia (oprócz referencji lub protokołów)- oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu zadania ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza jako dowód wykonania zamówienia oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu i wykonaniu zadania.**

Pytania do wzoru umowy

W załączniku nr 6 dotyczącym projektu umowy w § 6 dotyczącym zabezpieczenia interesów zamawiającego, czy Zamawiający przewiduje dołączenie dodatkowego zapisu umownego określającego maksymalną wysokość kar umownych jaką może naliczyć Zamawiający? W załączniku nr 6 dotyczącym projektu umowy w w § 6 przewidziano kary umowne dla Wykonawcy, natomiast w § 8 ust.1 - jest zapis umowny w którym Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie bez ponoszenia kar umownych, w przypadku powtarzających się naruszeń warunków umowy. Czy Zamawiający w związku z powyższym przewiduje zmianę zapisu § 8 ust.1, aby był zgodny z zasadą równości stron stosunku zobowiązaniowego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż dostaw mebli jest jednorazowa, istnieje zatem małe prawdopodobieństwo naruszenia warunków umowy, dotyczy jedynie braku dostawy lub dostawy niezgodnej z SWZ. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.**

Czy Zamawiający z uwagi na sytuację pandemiczną w Polsce zmniejszy kary umowne opisane w punkcie 6 (Zabezpieczenie interesów Zamawiającego) do wysokości 0,2%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

W imieniu Zamawiającego:

