



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

### Załącznik A do SIWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

#### Pakiet Nr 1 – Łóżko szpitalne, 65 szt.

LP	Parametr wymagany	Wartość graniczna	Parametr oferowany
1.	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy. Produkt oryginalny nie modyfikowany na potrzeby przetargu. nie dopuszcza się urządzeń powystawowych,	TAK	
2.	Nazwa oferowanego urządzenia:  Producent:  Typ:	Podać	
3.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: max: 2120 mm (+/- 30mm) - szerokość całkowita z zamontowanymi barierkami: max 990mm	TAK	
4.	Metalowe barierki boczne po obu stronach łóżka chroniące pacjenta na całej długości leża, składane wzdłuż lub na ramię leża, wysokość barierki min 450mm nad leże na całej długości.	TAK	
5.	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka lub zlokalizowana pod leżem łóżka.	TAK	
6.	Szczyty łóżka odejmowalne bez użycia narzędzi, wykonane z tworzywa sztucznego lub płyty HPL.	TAK	
7.	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 8 kolorów ( w tym dopuszcza się kolory drewnopodobne oraz kolorów ramy łóżka min 2 kolory w tym szary.	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

8.	Regulacja eklektyczna łóżka przy pomocy pilota:  - zmiana wysokości leża: 380mm-800mm (+/- 20mm),  -kąta uniesienia segmentu oparcia pleców min 70°  -kąta uniesienia segmentu oparcia nóg min 35°  -pozycja Trendelenburga i ant Trendelenburga 12°(+/- 2°)  - autokontur segmentu oparcia pleców i ud.  Funkcja autoregresji segmentu pleców chroniąca przed zsuwaniem pacjenta.	TAK	
9.	Mechaniczny CPR segmentu pleców	TAK	
10.	Pilot przewodowy z czytelnymi piktogramami , odporny na upadki, z możliwością wypięcia z łóżka, kompatybilny z zamówionymi łózkami	TAK	
11.	Dopuszczalne obciążenie robocze 250kg.	TAK	
12.	Centralna blokada kół oraz blokada kierunkowa,	TAK	
13.	Uchwyt do zaczepienia nadmiaru kabla zasilającego.	TAK	
14.	- uchwyt na wieszak kroplówki – tuleje w 4 miejscach tj.: 2 w narożnikach leża w okolicy szczytu nóg, oraz 2 w środkowej części ramy łóżka.	TAK	
15.	Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne.	TAK	
16.	Uniwersalny dozownik nałożkowy z tworzywa ABS, umożliwiający regulację i montaż na ramach łóżek, kompatybilny z opakowaniem 0,5l środka dezynfekującego do rąk.	TAK	
17.	Wypożyczenie łóżek:  - Materac dwustronny o dwóch twardościach dopasowany do rozmiarów leża łóżka. Materac zbudowany z dwóch warstw, warstwa górna o grubości 40 mm +/-5 mm i gęstości min. 25kg/m3	TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	<p>wykonany z pianki viscoelastycznej poliuretanowej PUR (strona miękka). Właściwości warstwy górnej materaca absorpcja temperatury ciała pacjenta oraz rozprzeczanie po całej powierzchni, zapamiętywanie kształtów. Dolna warstwa wykonana z piany poliuretanowej o grubości 80 mm +/- 5 mm i gęstości min. 25kg/m<sup>3</sup> (strona twarda). Warstwy materaca wyposażone w tunele wentylacyjne przechodzące przez całą grubość w celu zapewnienia paroprzepuszczalności.</p> <p>Materac wyposażony w zamek z okapnikiem w kształcie litery L. Pokrowiec hypoalergiczny poliuretanowy o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych. Pokrowiec z możliwością dezynfekcji oraz prania w temperaturze min. 95 ° Celsjusza. Pokrowiec materaca nieprzemakalny i oddychający w celu odprowadzenia wilgoci. Pokrowiec antypoślizgowy, zapewniający stabilizację prześcieradła na materacu. Pokrowiec i piana posiadająca atesty PZH. Materac z możliwością kładzenia na łóżko z obu stron. Wysokość całkowita materaca min. 120 mm +/- 10 mm, spełniającym wymogi szpitalne. 65szt.</p> <p>-Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwoleżynowy o konstrukcji rurowej, przystosowany do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych, wyposażony w zawór CPR oraz zdejmowalny nieprzemakalny, paroprzepuszczalny pokrowiec. Nośność materaca min. 140kg, do każdego materaca jedna cela zapasowa. Ręczna regulacja ciśnienia dobierana do masy ciała pacjenta 65szt.</p> <p>Pompa elektryczna do zawieszenia na ramię łóżka, skuteczność profilaktyki i leczenia odleżyn do min. 3 stopnia włącznie według skali 4 stopniowej, wysokość materaca 12cm, (+/- 1cm).</p> <p>- Wieszak kroplówki z regulacją wysokości i 4 haczykami,. 65szt.</p> <p>- uchwyty na worki urologiczne 65szt.</p> <p>- stół na całą szerokość łóżka do spożywania posiłków z profilowanym miejscem na kubek, montowany na barierki łóżka, stół z uchwytem do zawieszenia na szczycie łóżka podczas nieużywania, Stół z regulowanymi uchwytami</p>		
--	--	--	--



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	do zawieszenia na różnej szerokości barierki. <u>65szł.</u>  - Identyfikator pacjenta przymocowany do zewnętrznej strony szczytu łóżka. <u>65szł.</u>		
18.	Wypełnienie leża odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działania UV. Segmenty leża wyposażone w otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się rozwiązanie wypełnienia leża siatką z drutu.	TAK	
19.	Dwa przewodowe piloty zapasowe kompatybilne z zamawianymi łóżkami.		
<b><u>Warunki gwarancji i serwisu</u></b>			
20.	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK	
21.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK	
22.	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego	TAK	
<b><u>Dodatkowe</u></b>			
23.	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK	
24.	Świadectwo CE	TAK	
25.	Deklaracja zgodności	TAK	
26.	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
27.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
28.	Instrukcja serwisowa urządzenia	TAK	
29.		TAK	



## Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Przetarg Nieograniczony : 7/7PN/2021

	Czas reakcji serwisu max. 72godz robocze.		
30.	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby	TAK	

Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

Upelnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

.....

(podpis i pieczęć)

Data:.....

- Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .
- Deklaracje, oświadczenia, foldery oraz katalogi należy dołączyć do oferty.
- Zamawiający wymaga dostawy złożonego sprzętu. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.