

/pieczętka Zamawiającego/

Zał. nr 2.
Eap-2412/7/21/M

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa koncentratów do prowadzenia zabiegów hemodializy do pomieszczeń magazynowych na oddziale dializoterapii Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej.

Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 33692800-5 – roztwory do dializy

Koncentrat węglanowy do dializy pozaustrojowej typ F (A + B) w zestawach:

I. część A/G1- składnik kwaśny z glukozą (a.5 l.) - 24 000 opakowań

II. część B - składnik węglanowy (a.10 l) - 12 000 opakowań

Uszczegółowienie składu dla części I.

Składnik kwaśny A/G 1 z glukozą:

- 1) Na- 140 mmol/l, K-1,0 mmol/l, Ca- 1,75 mmol/l, Mg- 0,5mmol/l , Glukoza 1 g/L – 20 opakowań
- 2) Na- 140 mmol/l, K- 2,0 mmol/l, Ca- 1,5 mmol/l, Mg- 0,5 mmol/l, Glukoza 1 g/L – 8 000 opakowań
- 3) Na- 140 mmol/l, K- 3,0 mmol/, Ca- 1,5 mmol/l, Mg- 0,5 mmol/l, Glukoza 1 g/L – 5 980 opakowań
- 4) Na- 140 mmol/l, K- 4,0 mmol/, Ca- 1,5 mmol/l, Mg- 0,5 mmol/l, Glukoza 1 g/L – 6 000 opakowań
- 5) Na- 140 mmol/l, K- 4,0 mmol/, Ca- 1,25 mmol/l, Mg- 0,5 mmol/l, Glukoza 1 g/L – 2 000 opakowań
- 6) Na- 140 mmol/l, K- 2,0 mmol/l, Ca- 1,25 mmol/l, Mg- 0,5 mmol/l, Glukoza 1 g/L – 2 000 opakowań

Uwagi dla Wykonawcy:

1. Produkt powinien:

- mieć określoną temperaturę przechowywania (wymaganą w szczególności w czasie transportu)- maksymalną i minimalną: od + 4 ° C do + 25 ° C
 - mieć określony ogólny okres przydatności do użycia oraz okres przydatności do użycia po otwarciu pojemnika. – **wpisanie w pkt. 5 formularza ofertowego deklarowaną ilość miesięcy (min. 6 m-cy).**
- Obydwa okresy przydatności muszą wynikać z dokumentów dołączonych do dostarczanych partii towarów, w szczególności wystarczająca jest należyście opisana etykieta produktu.

2. Produkty powinny zostać należyście zabezpieczone, aby nie utraciły najwyższej jakości i wymaganych parametrów chemicznych, w szczególności należy zwrócić uwagę na:
 - zabezpieczenie kanistrów w worek chroniący przed zabrudzeniem,

- przeprowadzenie dostawy na paletach (koszach) zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakiegokolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw, w tym także możliwość zamówienia pojedynczych egzemplarzy opakowań niektórych koncentratów, przewidując jednocześnie iż zamówienia będą składane minimum co dwa tygodnie.

4. Wymagany czas realizacji poszczególnych zamówień – to **max. 3 dni robocze**.

5. Wymagany czas wymiany towaru na wolny od wad – to **max. 48 godzin**.

6. Do oferty należy dołączyć :

- katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu, wykazanych w załączniku **nr 2** do SWZ (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca.

7. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.
- świadcstwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

8. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.
- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.
- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. do piel. Oddziałowej Od. Dializoterapii./ 17 581 99 65 /
- W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.
- W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.
- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu winien wynosić nie mniej niż **6 miesięcy** na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.
- W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakiegokolwiek ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.
- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia.
- Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia magazynowego odd. dializoterapii, wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy.
- Napisy na opakowaniu w języku polskim.
- Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.
- Jeżeli którakolwiek pozycja asortymentowa składa się z kilku elementów, które będą widoczne na fakturze po wyborze oferty, a nie zostały wskazane w tabeli powyżej, należy te pozycje wycenić oddzielnie.

9. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
Cena	100

Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 = \text{liczba punktów}$$

Kolbuszowa, 20.05.2021 r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa
Zbigniew Strzelczyk

.....

podpis osoby uprawnionej