

Suwałki, dnia 02/07/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262. 297/20/PN/WU/2021

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 20/PN/WU/2021**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:  
**Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach** – znak sprawy **20/PN/WU/2021**.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

**Uczestnik 1**

Dotyczy Części 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Części 2 punkcie 1 i 2 odpowiednio następujących dializatorów:

1. Niskoprzepływowy, powierzchnia 1,4 m<sup>2</sup>, błona Polyamix, sterylizowany parą wodną, klirens fosforanów przy Q<sub>b</sub>=200 wynosi 171 ml/min
2. Niskoprzepływowy, powierzchnia 1,7 m<sup>2</sup>, błona Polyamix, sterylizowany parą wodną, klirens fosforanów przy Q<sub>b</sub>=200 wynosi 179 ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Części 3

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o dopuszczenie w Części 3, punktach 1, 2 oraz 3 odpowiednio:

1. Dializator niskoprzepływowy, błona Polyamix, powierzchnia 1,4 m<sup>2</sup>, sterylizowany parą wodną
2. Dializator niskoprzepływowy, błona Polyamix, powierzchnia 1,7 m<sup>2</sup>, sterylizowany parą wodną ?
3. Dializator niskoprzepływowy, błona Polyamix, powierzchnia 2,1 m<sup>2</sup>, sterylizowany parą wodną ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy części 8

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o dopuszczenie w Części 8 punkcie 2 dializatora o powierzchni 2,1 m<sup>2</sup>, inne parametry zgodne z wymogami Zamawiającego. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) ; <https://e-propublico.pl>

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji warunków zamówienia znak: 20/PN/WU/2021 z dnia 31/05/2021r.

Z poważaniem  
**Z-ca Dyrektora**  
d/s. Lecznictwa  
*Szpitala Wojewódzkiego*  
*m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach*

**Włodzimierz Zaworonok**