



Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu

ul. Bolesława Kryśiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bank Śląski S.A. O/Poznaniu Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06
e-mail: kancelaria@szoz.pl
www.szoz.pl
NIP: 778-11-28-565
REGON: 630863147

Poznań, 13.10.2021 r.

Znak sprawy: ADZP-381-A-137/21

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.-13.10.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 pkt.13 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zamówienie częściowe nr 1

PYTANIE 1: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębników bez dodatkowych otworów bocznych, długość 24 cm, pozostałe właściwości według opisu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu.

PYTANIE 2: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębników całkowicie kontrastujących w RTG, nie wymagających stosowania odrębnych linii RTG, pozostałe właściwości według opisu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu

PYTANIE 3: Dotyczy: Załącznik 2 do ogłoszenia, Formularz cenowy, zamówienie częściowe nr 2,

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalanu dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichloru winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Szpital św. Józefa
ul. Kryśiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa
ul. Nowowiejskiego 50/58
60-734 Poznań
tel. 61 852 44 91

Szpital św. Rodziny
ul. Jarochońskiego 18
60-235 Poznań
tel. 61 866 50 12
fax. 61 866 23 24

PYTANIE 4: Dotyczy: Załącznik 2 do ogłoszenia, Formularz cenowy, zamówienie częściowe nr 2, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE 5: Dotyczy: Załącznik 2 do ogłoszenia, Formularz cenowy, zamówienie częściowe nr 2, poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE 6: Dotyczy: Załącznik 2 do ogłoszenia, Formularz cenowy, zamówienie częściowe nr 2, poz. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 150 cm wynosiła dokładnie 7,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 7,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE 7: Dotyczy: Załącznik 2 do ogłoszenia, Formularz cenowy, zamówienie częściowe nr 2, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE 8: Dotyczy: Załącznik 2 do ogłoszenia, Formularz cenowy, zamówienie częściowe nr 2, poz. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pacjenta posiadał dwa zawory zwrotne i aby było to potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego (np. w oryginalnej instrukcji obsługi).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE 9: Dotyczy: Wzór umowy - Załącznik nr 3 do ogłoszenia, § 7 ust. 1, lit. b

W naszej opinii zaproponowana kara umowna 5 % jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do

prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 1%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk, 61 850 62 95, agata.szulczyk@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Bolesława Kryśiewicza 7/8
61-825 Poznań