

Kraków, dnia 27 października 2021 r.

Numer postępowania: **ZP-271-57/21**

### **WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp) na **obsługę serwisową akceleratora Clinac iXS-23CD s/n H140943**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

#### **Pytanie nr 1**

SWZ, pkt 4 ppkt 4.1 treść w ramce.

Proszę o zweryfikowanie i zmodyfikowanie treści w części odesłania do załącznika nr 4 do SWZ.

Wydaje się, że poprawne powinno być odesłanie do załącznika nr 3 do SWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje poprawy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Było:**

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Punkt 4.1. (ramka)

(Strona 2 dokumentu)

„Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa akceleratora Clinac iXS-23CD s/n H140943 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

**Jest:**

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Punkt 4.1. (ramka)

(Strona 2 dokumentu)

„Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa akceleratora Clinac iXS-23CD s/n H140943  
– zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

**Pytanie nr 2**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §2 pkt 5)

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że czas Przestoju liczony jest od godz. 6:00 rano następnego dnia roboczego po dniu zgłoszeniu; Jeżeli Zamawiający powyższego nie potwierdza to proszony jest o jednoznaczne wskazanie terminu początkowego liczenia czas Przestoju.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że czas Przestoju liczony jest od godz. 06:00 rano następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia.

**Pytanie nr 3**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §6 ust. 4 w zw. z ust. 3.

W celu usunięcia wątpliwości co terminu zakończenia wykonania usługi w przypadku usługi wykonanej przez użycie SmartConnect tj. czy będzie to data wskazana przez wykonawcę w raporcie serwisowym przesłanym Zamawiającemu czy też dopiero data podpisania tego raportu przez Zamawiającego, Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 4 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„4. W przypadku wykonania Usługi poprzez użycie SmartConnect za datę wykonania Usługi uznana zostanie data wskazana przez wykonawcę w treści Raportu Serwisowego przesłanego Zamawiającego, chyba że Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia co do kompletności Usługi lub Sprawności Sprzętu przekazanego do eksploatacji po wykonaniu tej Usługi”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz dokonuje modyfikacji brzmienia treści §6 ust. 4 Wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ.

#### **Pytanie nr 4**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §7 ust. 2 w zw. z pkt 6 SWZ.

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że okres 12 miesięcy liczony będzie od dnia zawarcia Umowy; jeżeli Zamawiający powyższego nie potwierdza, to proszony jest o jednoznacznie wskazanie jaki dzień uznać należy za pierwszy dzień obowiązywania Umowy, od którego należy liczyć 12 miesięczny okres dla rozliczenia czasu Przestoju.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że okres 12 miesięcy liczony będzie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### **Pytanie nr 5**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §10 ust. 8.

Zamawiający proszony jest o załączenie do dokumentacji przetargowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Polisty ZSZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokumenty, o których załączenie prosi Wykonawca, są dostępne do wglądu na terenie siedziby Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 6**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §10 ust. 8 lit. g).

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że obowiązki określone w ust. 8 lit. g) dotyczą wykonawcy wyłącznie w zakresie odpadów, które wytworzył u Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej Umowy.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że obowiązki określone w §10 ust. 8 lit. g) Wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ dotyczą Wykonawcy wyłącznie w zakresie odpadów, które wytworzył u Zamawiającego w wyniku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego będącej wynikiem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **Pytanie nr 7**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §11 ust. 7.

W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że podstawą do naliczenia kar umownych będzie działanie lub zaniechanie wykonawcy, tym samym chodzi o

pozostawienie przez wykonawcę niebezpiecznych odpadów promieniotwórczych, niepoinformowanie Zamawiającego o pozostawieniu przez wykonawcę na terminie realizacji umowy niebezpiecznych odpadów promieniotwórczych, niepoinformowaniu IOR Zamawiającego o zdarzeniu radiacyjnym na terenie Zamawiającego, które wystąpiło w związku z realizacją umowy i o którego wystąpieniu wiedzę posiadał wykonawca, pozostawienie przez wykonawcę, na terenie Zamawiającego, źródeł promieniowania lub substancji bez zabezpieczenia i nadzoru.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podstawą do naliczenia kar umownych w trybie określonym w §11 ust. 7 Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, będzie działanie lub zaniechanie wykonawcy, tym samym chodzi o pozostawienie przez Wykonawcę

**NIEZABEZPIECZONYCH** odpadów promieniotwórczych, niepoinformowanie Zamawiającego o pozostawieniu przez Wykonawcę w terminie realizacji umowy **NIEZABEZPIECZONYCH** odpadów promieniotwórczych, niepoinformowaniu IOR Zamawiającego o zdarzeniu radiacyjnym na terenie Zamawiającego, które wystąpiło w związku z realizacją umowy i o którego wystąpieniu wiedzę posiadał Wykonawca, pozostawienie przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego źródeł promieniowania lub substancji **PROMIENIOTWÓRCZYCH** bez zabezpieczenia **LUB** nadzoru.

Zamawiający dokonuje modyfikacji §11 ust. 7 pkt. 4 Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie nr 8**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §13 ust. 1 pkt 4 lit. c).

W celu doprecyzowania treści Zamawiający proszony jest o zmianę treści lit. c) w ten sposób, że otrzyma ona brzmienie:

„c) konserwacji sprzętu przez osoby inne niż personel wykonawcy lub jego podwykonawcy z zastrzeżeniem czynności, o których mowa w załączniku nr 4 do Umowy oraz instrukcji obsługi wykonywanych przez personel Zakładu Zamawiającego,”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz dokonuje modyfikacji brzmienia treści §13 ust. 1 pkt. 4 lit. c) Wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ.

**Pytanie nr 9**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §16 ust. 1 pkt 1).

Proszę o zmianę ilości dni wydłużenia okresu obowiązywania umowy z 3 dni na 2 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy – załącznika nr 3 do  
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 10**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §16 ust. 1 pkt 2).

W celu doprecyzowania treści Zamawiający proszony jest po treści w brzmieniu: „za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę roboczą” o dodanie słowa: „Przestoju”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz dokonuje modyfikacji brzmienia treści  
§16 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ.

**Pytanie nr 11**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §16 ust. 1 pkt 2).

Z uwagi na fakt, iż kara umowna liczona będzie na każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki,  
proszę o zmianę wysokości kary umownej z 2 500,00 zł na 1 300,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy – załącznika nr 3 do  
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 12**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §16 ust. 1 pkt 3).

Zgodnie z §5 ust. 1 wykonawca przystępuje do usunięcia awarii wymagające Usługi serwisowej w terminie jaki zostanie przez Strony wspólnie uzgodniony, czas reakcji, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy, dotyczy usuwania awarii wymagających Usługi serwisowej w nagłym przypadku; mając powyższe na uwadze Zamawiający proszony jest o nadanie §16 ust. 1 pkt 3) brzmienia: „3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie, w czasie reakcji wskazanym w załączniku nr 1 do umowy liczoną od dnia i godziny zgłoszenia, nie przystąpi do usuwania

awarii wymagającej Usługi serwisowej w nagłym przypadku;”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz dokonuje modyfikacji brzmienia treści §16 ust. 1 pkt. 3 Wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ.

**Pytanie nr 13**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §16 ust. 1 pkt 3).

Z uwagi na fakt, iż kara umowna liczona będzie na każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki, proszę o zmianę wysokości kary umownej z 500,00 zł na 250,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 14**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §16 ust. 1 pkt 4), 5), 6).

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 0,01% na 0,005%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 15**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §16 ust. 1 pkt 7), 8).

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 0,1% na 0,05%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 16**

16. SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §16 ust. 1 pkt 9).

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 20% na 10%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie nr 17**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §18 ust. 3.

Mając na uwadze, że wewnątrzkorporacyjne wymogi wykonawcy mogą nakładać na niego obowiązek zmiany numeru rachunku bankowego, Zamawiający proszony jest o zmianę treści zdania drugiego w ten sposób, że otrzyma ono brzmienie: „Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawiadomił Zamawiającego o nowym numerze rachunku.”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie nr 18**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §19.

Mając na uwadze, że przedmiotem niniejszej umowy nie są roboty budowlane, Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 4 oraz ust 5.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz dokonuje modyfikacji brzmienia treści §19 Wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ.

### **Pytanie nr 19**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §20.

Mając na uwadze art. 7 pkt 25 pzp oraz pkt 6 SWZ – Zamawiający proszony jest o zmianę treści §20 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie: „Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia udzielania zamówienia tj. od dnia [] do dnia [].”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz dokonuje modyfikacji brzmienia treści §20 Wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ.

### **Pytanie nr 20**

SWZ, załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy, §21 ust. 2.

Jeżeli Zamawiający dokona zmiany zdania drugiego w §18 ust. 3, to w konsekwencji proszony jest w §21 ust. 2 po pkt 3 o dodania pkt 4) w brzmieniu:

„4) zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego w §18 ust. 3 zdanie pierwsze z uwzględnieniem §18 ust. 3 zdanie drugie.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 21**

SWZ, załącznik nr 1 do SWZ –Tabela nr II Wyjaśnienia.

Mając na uwadze definicje Pojęcia przestój zawartą w §2 pkt 5) oraz treść §7 Umowy Zamawiający proszony jest o zmianę treści pkt 1 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„1. Sprawność Sprzętu w 95% oznacza, że czas Przestoju, każdego urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie przekroczy 288 godz. Czas przestoju liczony jest od godziny 6 rano następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia awarii wymagającej Usługi serwisowej w nagłym przypadku i udostępnienia Sprzętu Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz dokonuje modyfikacji brzmienia treści załącznika nr 1 do Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (Tabela nr II Warunki świadczenia serwisu – Wyjaśnienia).

**Pytanie nr 22**

SWZ, załącznik nr 1 do SWZ – Tabela II Wyjaśnienia.

Mając na uwadze, że Wykonawca, zgodnie z §2 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii wymagające Usługi serwisowej w terminie wspólnie uzgodnionym z Zamawiającym, co oznacza, że Czas reakcji odnosi się do awarii realizowanych w trybie Usługi serwisowej w nagłym przypadku, Zamawiający proszony jest po pkt 1o dodanie pkt. 2 w brzmieniu:

„2. Czas reakcji dotyczy interwencji Wykonawcy w ramach Usługi serwisowej w nagłym przypadku i liczony jest od dnia i godziny zgłoszenia awarii Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę oraz dokonuje modyfikacji brzmienia treści załącznika nr 1 do Wzoru umowy – załącznika nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (Tabela nr II Warunki świadczenia serwisu – Wyjaśnienia).

Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Zmiana nr 1**

**Było:**

**17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **27 listopada 2021 r.**

**Jest:**

**17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **01 grudnia 2021 r.**

**Zmiana nr 2**

**Było:**

**19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 29 października 2021 r. do godz. 08:00.**

**Jest:**

**19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 02 listopada 2021 r. do godz. 08:00.**

**Zmiana nr 3**

**Było:**

**20. TERMIN OTWARCIA OFERT**

20.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29 października 2021 r. o godz. 08:30**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

**Jest:**

**20. TERMIN OTWARCIA OFERT**

20.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 02 listopada 2021 r. o godz. 08:30**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.