

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 271503395

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Zjednoczenia 10

**1.4.2.) Miejscowość:** Chorzów

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 41-500

**1.4.4.) Województwo:** śląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** dzp@sswch.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl](http://www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl)

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00051218/01

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-02-09 09:52

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00011626/08

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 08

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

Temat: Translokator naczyń - 6 szt.

Opis: urządzenie lokalizujące naczynie krwionośne oraz podświetlające je.

Cecha Parametr wymagany

Technologia detekcji żył Podczerwień emitowana z użyciem podwójnego źródła LED lub lasera

Tryb wyświetlania obrazu Bezkontaktowe, projekcja na powierzchnię skóry

Obrazowanie w trybie „negatyw” TAK

Zmiana wielkości obrazu TAK

Zmiana kolorów obrazowania TAK

Jasność obrazu regulowana

Odległość pomiaru 10-45 cm od skóry

Czas pracy przy stałym podświetleniu Min. 2.5h

Czas ładowania baterii do maksimum ≤4h

Wbudowany akumulator litowo-jonowy z możliwością doładowywania podczas pracy TAK

Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym również przy rozładowanej baterii Tak, z bezpośrednio przyłączonym kablem oraz na statywie.

Akumulator wymienny przez użytkownika. TAK

Opcja pomiaru głębokości żył ze wskazaniem wyniku pomiaru TAK

Statyw na podstawie jezdnej, z głowicą zatraskową i blokadą kół TAK

Wskaźnik stanu baterii. Diodowy na panelu urządzenia lub wyświetlany z rzutowanym obrazem na skórze pacjenta. TAK

Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, kompletny i po zamontowaniu/zainstalowaniu/ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia wyłącznie fabrycznie nowy, nieregenerowany, niepowystawowy, w stanie kompletnym tj. gwarantującym jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów. Wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający określa minimalny wymagany 24 - miesięczny okres gwarancji liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Po zmianie:

Temat: Translokator naczyń - 6 szt.

Opis: urządzenie lokalizujące naczynie krwionośne oraz podświetlające je.

Cecha Parametr wymagany

Technologia detekcji żył Podczerwień emitowana z użyciem podwójnego źródła LED lub lasera

Tryb wyświetlania obrazu Bezkontaktowe, projekcja na powierzchnię skóry

Obrazowanie w trybie „negatyw” TAK

Zmiana wielkości obrazu TAK

Zmiana kolorów obrazowania TAK

Jasność obrazu regulowana

Odległość pomiaru 10-45 cm od skóry

Czas pracy przy stałym podświetleniu Min. 2.5h

Czas ładowania baterii do maksimum ≤4h

Wbudowany akumulator litowo-jonowy z możliwością doładowywania podczas pracy TAK

Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym również przy rozładowanej baterii Tak, z bezpośrednio przyłączonym kablem oraz na statywie.

Akumulator wymienny przez użytkownika. TAK

Opcja pomiaru głębokości żył ze wskazaniem wyniku pomiaru TAK

Statyw na podstawie jezdnej, z głowicą zatraskową i blokadą kół TAK

Wskaźnik stanu baterii. Diodowy na panelu urządzenia lub wyświetlany z rzutowanym obrazem na skórze pacjenta. TAK

Wbudowany wyświetlacz (ekran) TAK

Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, kompletny i po zamontowaniu/zainstalowaniu/ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia wyłącznie fabrycznie nowy, nieregenerowany, niepowystawowy, w stanie kompletnym tj. gwarantującym jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów. Wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający określa minimalny wymagany 24 - miesięczny okres gwarancji liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.