



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: AZP/10/Z/2022

Katowice dnia: 2022-10-07

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze *Zapytania Ofertowego* pn.

”Dostawa lasera okulistycznego dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.”; nr postępowania: AZP/10/Z/2022

Szanowni Państwo,

Zamawiający, **Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**, udostępnia poniżej treść zapytań do *Zaproszenia* wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 do Zaproszenia – Wykaz parametrów

pkt 4

1. Czy Zamawiający dopuści zakres energii wiązki 0,3 mJ - 12 mJ regulowany stopniowo?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zakres energii wiązki 0,3 mJ - 12 mJ regulowany stopniowo.

pkt 5

2. Czy Zamawiający dopuści maksymalną energię w potrójnym pulsie większą niż wymaganą tj. 32mJ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza maksymalną energię w potrójnym pulsie większą niż wymagana tj. 32mJ.

pkt 9

3. Czy Zamawiający dopuści zakres przesunięcia ogniskowania 0 +/- 300 µm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zakres przesunięcia ogniskowania 0 +/- 300 µm.

pkt 11

4. Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową typu Zeiss?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza lampy szczelinowej typu Zeiss.



OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



pkt 14

5. Czy Zamawiający dopuści panel kontrolny wbudowany w lampę szczelinową?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza panelu kontrolnego wbudowanego w lampę szczelinową.

Zamawiający

*p.o. Dyrektora
Adam Trzebinczyk*