



Nr sprawy ZP/6518/D/22

Poznań, dnia 24.03.2023 r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wieloczujnikowego skanera rdzeni osadowych wraz z instalacją i szkoleniem.**

Szanowni Państwo,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

Pytanie 1:

W pkt. 6.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia wymagane jest, aby kamera Linescan zawierała zintegrowane oświetlenie widzialne i UV LED. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza, aby kamera Linescan zawierała tylko zintegrowane oświetlenie widzialne LED

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie, aby kamera Linescan zawierała tylko oświetlenie widzialne LED oraz aby istniała możliwość późniejszej rozbudowy kamery o oświetlenie UV LED.

Pytanie 2:

W pkt. 9.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia wymagane jest, aby gwarancja wynosiła minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza, aby minimalna gwarancja wynosiła 12 miesięcy, a dłuższy okres gwarancji był ewentualnie dodatkowo punktowany przy ocenie ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na skrócenie minimalnego okresu gwarancji do 12 miesięcy.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

Prorektor

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek