

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

1.

Zestawy do pobierania osocza – **5000 sztuk**

Jednorazowy zestaw do pobierania osocza metodą wirowania przystosowany do separatora osocznego DigiPla80

Zestaw zintegrowany fabrycznie z pustym pojemnikiem transferowym o pojemności 1200 ml

Zestaw posiada dwa kolce do podłączenia pojemników: z antykoagulantem i z NaCl 0,9%

Zestaw posiada końcówkę typu Luer do podłączenia igły

Zestaw pakowany indywidualnie i zbiorowo

Na opakowaniu indywidualnym i zbiorczym umieszczone informacje : REF, LOT, data ważności, rodzaj produktu, nazwa producenta

2.

Roztwór antykoagulacyjny 4% cytrynianu sodu – **5000 sztuk**

Pakowany indywidualnie w przezroczyste worki o pojemności 250 ml wykonane z polipropylenu, dodatkowo pakowane zbiorczo

Opakowanie indywidualne dostosowane do podłączenia z zestawem za pomocą kolca (spike)

Na opakowaniu z płynem REF, LOT, skład, data ważności, informacja o producencie, informacja o temperaturze przechowywania.

Pojemnik musi zawierać oznakowanie w kolorze czerwonym, umożliwiające identyfikację po podłączeniu do zestawu.

W pojemniku zbiorczym winna znajdować się ulotka w języku polskim.

3. Igła dializacyjna 16G sterylna, jednorazowa – **5100 sztuk**

Igła posiada:

zabezpieczenie do schowania igły

żeńskie połączenie typu „luer lock”

długość drenu od igły minimum 15 cm

na drenie igły otwierany zacisk

igły pakowane pojedynczo i zbiorowo

na opakowaniu pojedynczym i zbiorowym: REF, LOT, data ważności, informacja o producencie, nazwa producenta.

Przedmiot dostawy, w momencie dostawy, powinien mieć termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.

Zadanie nr 2

1.

Zestaw jednorazowy Plasmacell- C - **700 sztuk**

posiada:

- filtr membranowy,

- zbiornik do reinfuzji,

- dwa kolce do pojemnika z roztworem,

- dwie końcówki typu Luer(do podłączenia pojemnika na osocze i do podłączenia igły)

Zestaw pakowany indywidualnie i zbiorczo- na opakowaniach widoczny nr REF, LOT, data ważności, rodzaj produktu, nazwa producenta, zalecenia dla sposobu przechowywania

Przeznaczony do użycia z urządzeniem Autopheresis-C.

2.

Pojemnik jednorazowy, pusty transferowy do pobierania, preparatyki i przechowywania osocza świeżo mrożonego z aferezy z męskim złączem typu luer o pojemność 1000 ml, kompatybilny z zestawem Plasmacell-C – **700 szt**

Pakowany indywidualnie i zbiorczo, na opakowaniach widoczny nr REF, LOT, data ważności, rodzaj produktu, nazwa producenta, zalecenia dla sposobu przechowywania.

3.

Pojemnik ACD(A) pojemność 500 ml – **730 szt**

- posiada: port do iniekcji i złącza portów typu twist- off,
- pojemnik indywidualny wykonany z folii z Polipropylenu,
- na opakowaniu z płynem nr LOT, skład, data ważności, informacja o producencie, informacja o temperaturze przechowywania,
- pojemnik musi zawierać oznakowanie w kolorze czerwonym, umożliwiające identyfikację po podłączeniu do zestawu.

4.

Igła do aferezy 16Gx32mm – **1000 sztuk**

posiada zabezpieczenie przed ukłuciem igłą

pakowana indywidualnie i zbiorczo – na opakowaniach widoczny nr REF, LOT, data ważności, rodzaj produktu, nazwa producenta, zalecenia dla sposobu przechowywania.

Przedmiot dostawy, w momencie dostawy, powinien mieć termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.