



Poznań, 24.05.2024 r.

ADZP-381-40/24

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)”, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej “SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: PAKIET NR 14

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 14 sprzętów produkcji GE – pozycja 4: RTG Optima XR 240. W takim kształcie pakietu, autoryzowane serwisy nie są w stanie złożyć oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu nr 14.

Pytanie nr 2: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający naliczy

Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości:

a) za zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej ustalonej w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5 – 10,00 netto PLN za każdy dzień roboczy zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi.**

b) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania usługi naprawy Sprzętu z winy Wykonawcy ponad ustalony w § 1 ust. 12 termin – 25,00 netto PLN, za każde 24 godziny zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi.**

c) za zwłokę w wykonaniu usługi naprawy Sprzętu z winy Wykonawcy ponad ustalony w § 1 ust. 13 termin – 50,00 netto PLN, za każdy dzień roboczy zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi.**

d) za zwłokę w usunięciu wady wynikającej z gwarancji ponad ustalony w § 6 ust. 3 Umowy termin – 10,00 netto PLN za każdy dzień roboczy zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi.**

e) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% **niezrealizowanej** kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1,

f) Z tytułu niewykonania Umowy przez Wykonawcę 10% **niezrealizowanej** wartości ryczałtowej netto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

g) W przypadku nienależycie wykonywanych przeglądów - konserwacji, których następstwem będzie niesprawna aparatura Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **0,5%** wartości ryczałtowej netto wynikającej z Formularza cenowego i odnoszącej się do tej aparatury z danego Pakietu, za każdy dzień jej niesprawności, **jednak nie więcej niż 10% wartości ryczałtowej netto wynikającej z Formularza cenowego i**

odnoszącej się do tej aparatury z danego Pakietu brutto.

h) w wysokości **1%** wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w przedmiotowym zakresie. Wysokość kar umownych uzasadniona jest przedmiotem zamówienia, którym są usługi okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności leczniczej wykonywanej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3: Pakiet nr 7 i Pakiet nr 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie następujących pozycji: Pakiet nr 7 – poz. 4 Pakiet nr 8 – poz. 6, 7.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietów.

Pytanie nr 4: pakiet nr 9

W związku z:

_ zapisami w załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), pkt. 2. podpunkt e) tj.: „wykonawca zobowiązuje się do: (...) wymiany podczas przeglądów (...) zużytych akumulatorów – baterii (...)”,

_ zapisami załącznika nr 3 do SWZ (formularz cenowy, dla pakietu nr 9) tj.:

„Przeгляд kardiomonitorów i centrali obejmuje wymianę akumulatorów jeśli ich wymiana jest wymagana zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu”,

_ brakiem wymogu producenta dotyczącego wymiany akumulatora (podtrzymującego pracę urządzenia po odłączeniu od zasilania sieciowego) podczas corocznego przeglądu technicznego,

_ zaleceniem producenta, aby akumulator wymieniać z powodu uszkodzenia/zużycia, prosimy o potwierdzenie, że wymiana zużytych akumulatorów (podtrzymujących pracę urządzenia po odłączeniu od zasilania sieciowego) będzie traktowana jako naprawa (po akceptacji kosztów przez Zamawiającego), a nie jako jeden z elementów procedury pełnego przeglądu technicznego ww. aparatury medycznej.

Odpowiedź: Wykonawca wykonuje czynności przeglądu zgodnie z dokumentacją i zaleceniami producenta aparatury. Jeśli producent nie przewiduje podczas przeglądu wymiany materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca nie jest zobowiązany do ich wymiany. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 5: dot. SWZ, rozdział XX, pkt 1, pakiet 13

Prosimy o rozszerzenie kryterium oceny ofert dla pakietu nr 13 o posiadanie autoryzacji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące kryteriów oceny oferty bez zmian.

Pytanie nr 6: dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawcy pozostawili w formularzu ofertowym tylko te części, na które składają ofertę?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7: dot. SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że ilekroć w zapisach SWZ oraz w Załącznikach do SWZ wymieniane są „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: „Dni robocze” to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 8: dot. Załącznika nr 9 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 3, ust.1, lit. a). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia są przeszkolone zgodnie z wytycznymi producenta oraz posiadają dostęp do oprogramowania serwisowego i aktualnej dokumentacji serwisowej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9: dot. Załącznika nr 9 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy
Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 10: dot. Załącznika nr 9 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 11: dot. Załącznika nr 9 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i dodaje w § 12 ust. 4 PPU, który otrzymuje brzmienie:

„4. Zmiana danych adresowych oraz osób do kontaktu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku zmiany tych danych Strona, której zmiany dotyczą zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę w formie pisemnej.”

Pytanie nr 12: dot. Załącznika nr 9 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, pakiet

13. W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (*dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności*) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Przyjęta przez producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie

zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza umożliwienie łączności, które będzie udostępnione w uzgodnieniu z Działem IT Zamawiającego.

Pytanie nr 13: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 14 pozycji 2 – RTG z ramieniem C Ziehm Vision Vario FD 3D i pozycji 3 - Aparat RTG śródoperacyjny ramię C ZIEHM SOLO i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu nr 14.

Pytanie nr 14:

Dotyczy OPZ – załącznik nr 2 do SWZ pkt 2 lit c), e)

Dotyczy OPZ – załącznik nr 2 do SWZ pkt 3 lit c)

Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 5, 6, 7, 8, 18

Jeżeli Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia zezwalające na serwisowanie i przeglądy sprzętów wymienionych w Załączniku nr 3 do SWZ oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a na dowód powyższego przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt oraz jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta, rozumiemy zatem oraz prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami producenta (instrukcja obsługi aparatu) osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta lub autoryzowany serwis producenta ponieważ w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia, istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową. W związku z powyższym prosimy o zmodyfikowanie warunków udziału w postępowaniu poprzez obowiązek posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta lub autoryzowany serwis producenta.

Wyjaśniamy również, że w przypadku wszelakich ustawień oraz regulacji wymaganych przez producenta - konserwacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, która polega na instalacji oprogramowania pochodzącego bezpośrednio od producenta dla tego typu aparatury medycznej dostęp posiadają tylko osoby przeszkolone przez producenta aparatury.

Zgodnie z wytycznymi producenta aparatu podczas procedury przeglądu wymagana jest m.in. aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji celem poprawienia bezpieczeństwa pracy aparatu. Informujemy, że dostęp do oryginalnego oprogramowania do aparatu będącego przedmiotem postępowania, zgodnie z polityką firmy jest możliwy jedynie poprzez autoryzowany serwis.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 7 wszystkich defibrylatorów producenta Zoll i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis defibrylatorów Zoll dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług. Obecny kompleksowy kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

Pytanie nr 16: Dotyczy Pakietu nr 13, 14

Czy w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług Zamawiający w Pakiecie nr 13, 14 będzie wymagał od wykonawców:

- 1) dysponowania co najmniej jednym inżynierem zatrudnionym na umowę o pracę, posiadającym certyfikat ze szkolenia serwisowego aparatury medycznej wydany przez producenta, lub
- 2) dysponowania co najmniej jednym inżynierem zatrudnionym na umowę o pracę, posiadającym certyfikat ze szkolenia serwisowego aparatury medycznej wydany przez podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej, posiadającym ponadto certyfikat ze szkolenia serwisowego odbytego u innego producenta urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej przy jednoczesnym dysponowaniu przez wykonawcę aktualną autoryzacją tego producenta?

Odpowiedź: Zapisy jak SWZ.

Pytanie nr 17: Dotyczy SWZ – rozdz. XX, pkt. 1, ppkt. 1.1. – dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4)

Prosimy o dodanie do wymogu posiadania autoryzowanego serwisu sprzętu z pakietu 10 (pozycje 3 i 4 – pompy infuzyjne oraz stacje dokujące produkcji B. Braun).

Odpowiedź: Zapisy dotyczące kryteriów oceny pozostają bez zmian.

Pytanie nr 18: Dotyczy SWZ – rozdz. XX – dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4) Pkt. 8 zał 2 do SWZ CZAS REAKCJI

Prosimy o dodanie do kryterium czasu reakcji, że czas ten będzie także rozumiany jako podjęcie naprawy celem przedstawienia kosztorysu naprawy, zgodnie z zapisami w pkt. 8 SWZ oraz pkt. 6 i pkt. 12 projektu umowy (Załącznik nr 9).

Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług napraw z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z zawartymi zapisami w PPU (załącznik nr 9 do SWZ) par. 1 ust. 12, dotyczącym czasu reakcji

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyn(y) usterki (awarii) oraz podjęcia się naprawy w ciągu godzin (wg oferty) po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy pomiędzy 7.00 a 15.00.”

Pytanie nr 19: Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – pkt. 7 oraz Załącznika nr 9 do SWZ – pkt. 13 – dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4)

Prosimy o modyfikację zapisu na: „Usunięcie usterek / awarii zostanie dokonane w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od momentu akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy wynosi 21 dni kalendarzowych.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 20: Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ oraz Załącznika nr 9 do SWZ – pkt. 14 – pkt. 8 – dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4)

Prosimy o zmianę terminu w powyższym zapisie z 14 dni na 21 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu...

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 21: Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ – pkt. 15 – dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4)

Prosimy o dodanie do zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania usług przeglądowo-konserwacyjnych w siedzibie Wykonawcy. W przypadku wykonania usługi w

siedzibie serwisu, istnieje możliwość użyczenia sprzętu zastępczego na wniosek Zamawiającego, w celu utrzymania ciągłości pracy.”

Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług przeglądów z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 22: Dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ - §2, pkt. 4 - dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4)

Prosimy o zmianę okresu obowiązywania Umowy, w przypadku przedłużenia, z 48 miesięcy na maksymalnie 3 miesiące od zakończenia Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 23: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4)

Prosimy o wydzielenie z pakietu 10 pozycji 1 (Pompa infuzyjna Ascor) i 2 (Pompa infuzyjna Fresenius) do osobnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie przez autoryzowany serwis producenta korzystnej oferty cenowej na pozostałe pozycje z pakietu 10.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

Pytanie nr 24: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4)

Prosimy o zmianę zapisu z: „W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.”, na: „W przypadku naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.”

Każda naprawa wymaga akceptacji kosztorysu naprawy. Czy Zamawiając może określić maksymalną kwotę naprawy, którą jest w stanie przeznaczyć bez konieczności zatwierdzania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 25: Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – dla pakietu 10 (pozycje 3 i 4)

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład pozycji 3 i 4. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, typ, numer seryjny) wszystkich urządzeń.

Odpowiedź:

Nazwa urządzenia	Typ	Nr Seryjny	Producent
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	124909	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820279	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820172	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820236	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820188	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820179	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820239	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820138	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820323	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820174	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820176	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820231	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820280	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820278	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820183	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	811136	BRAUN
Pompa infuzyjna	INFUSOMAT SPACE	820145	BRAUN
Pompa infuzyjna	objętościowa 8713050	628691	BRAUN
Pompa infuzyjna	objętościowa INFUSOMAT SPACE	764214	BRAUN

Pompa infuzyjna	objętościowa INFUSOMAT SPACE	764297	BRAUN
Pompa infuzyjna	objętościowa INFUSOMAT SPACE	922043	BRAUN
Pompa infuzyjna	objętościowa INFUSOMAT SPACE	922091	BRAUN
Pompa infuzyjna	objętościowa INFUSOMAT SPACE	711477	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR Compact	54825	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR Compact	139663	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR Compact	139707	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR Compact	54790	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR Compact	54746	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR Compact	54749	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR Compact	54820	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR Compact	54805	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	101478	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	101471	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	101464	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	101459	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	294680	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	294679	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	294694	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	646486	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	646476	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	646405	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	646404	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	406498	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	406502	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639408	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	574474	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639779	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639513	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	611509	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629467	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629431	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639770	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639864	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639699	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639768	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639311	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638725	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629424	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632910	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637529	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639736	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639342	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639326	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638683	BRAUN

Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629479	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	610492	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635324	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639387	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639518	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640588	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629487	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640672	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639349	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635241	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640670	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	610494	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639502	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640545	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638730	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632939	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	619532	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635160	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637340	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639701	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635310	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626552	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635315	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639316	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639776	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635331	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629462	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626302	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	610585	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626539	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639496	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639573	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639379	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629477	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632907	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638701	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639798	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632934	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639322	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629482	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639745	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626364	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639854	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632941	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632969	BRAUN

Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638708	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635228	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639727	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639747	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639765	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626306	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640596	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629365	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639482	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629500	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639861	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635205	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639459	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640673	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639731	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639866	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640608	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638696	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635188	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635328	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635140	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635284	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640629	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632970	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	464046	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	464034	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	463984	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	464030	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639419	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	610527	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626506	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639350	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638679	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638711	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	616226	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640578	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640623	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637534	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637503	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635335	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626591	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638731	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639793	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639842	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637543	BRAUN

Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632886	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639786	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639843	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	618726	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	618727	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635177	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639742	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626569	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637195	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637192	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639851	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639528	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639449	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635308	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639824	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639495	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629503	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639846	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640617	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626317	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637343	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639572	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639351	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	609181	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	609305	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	598727	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639721	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639772	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639762	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639724	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635337	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635164	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632883	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635254	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639716	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635219	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635319	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629421	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640563	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640642	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639310	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639474	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639488	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635285	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639717	BRAUN

Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639788	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639522	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640577	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635330	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640541	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639712	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640595	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639698	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639838	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638743	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639428	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639808	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635218	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639389	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635174	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639355	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635336	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640688	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638720	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	606729	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632933	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640609	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635290	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640555	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626580	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640600	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632909	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639498	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639802	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	618581	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635281	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638698	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639773	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639812	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626510	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639324	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626383	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626546	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639526	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637521	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629438	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629483	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639759	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639807	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629478	BRAUN

Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639857	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635334	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	606772	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638744	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640624	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629459	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638680	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639764	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639804	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629476	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639411	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632895	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632926	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632945	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638707	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639752	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639767	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639493	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639825	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639354	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638746	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638687	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638697	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639761	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639775	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639700	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639691	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639836	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629440	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629379	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635165	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639814	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632921	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639713	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626590	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639771	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	606583	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	606579	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639708	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639754	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639735	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640621	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639753	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640630	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640635	BRAUN

Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632927	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638747	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629484	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635311	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635242	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639481	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635326	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640611	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635329	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635332	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635191	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639826	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640639	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635323	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632885	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632913	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632912	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632919	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639749	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637461	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639783	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639738	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639525	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635208	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635312	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635154	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639862	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	633034	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639835	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639715	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635146	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639718	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639841	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639527	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629420	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632922	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639839	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639750	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632902	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639837	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639852	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635235	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635158	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635338	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635244	BRAUN

Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639849	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639840	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639400	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	636889	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	637527	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640678	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639373	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	626341	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639487	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639863	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635333	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640674	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632930	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635316	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639867	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	629468	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639769	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639859	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639722	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639529	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639314	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635149	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	638703	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639791	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635307	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639778	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639781	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639343	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635313	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	635157	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	632894	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	633028	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639865	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639695	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	636896	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	639499	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE	640591	BRAUN
Pompa infuzyjna	PERFUSOR SPACE z stacją dokującą	294706	BRAUN
Pompa infuzyjna	strzykawkowa	88881	BRAUN
Pompa infuzyjna	strzykawkowa	88859	BRAUN
Pompa infuzyjna	strzykawkowa	88752	BRAUN
Pompa infuzyjna	strzykawkowa	71629	BRAUN
Pompa infuzyjna	VA10 DT01200	44087	BRAUN
Pompa infuzyjna	Perfusor Compact	54806	BRAUN

Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	136003	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139808	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137030	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137713	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139825	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137688	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137709	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137698	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137706	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137690	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137696	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	136941	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137707	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137684	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139774	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137708	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137008	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137711	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137715	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137705	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137685	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137691	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137035	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137034	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137716	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137004	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137006	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	135165	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137007	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137021	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137024	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137699	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137702	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137033	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	135171	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137695	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137682	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137039	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139806	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137700	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139835	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139823	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139800	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137686	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137703	BRAUN

Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137005	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137683	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137687	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139828	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137037	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139820	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137689	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137701	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139826	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139829	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137026	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137018	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137704	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137027	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139778	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137712	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139821	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139809	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139773	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137038	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137714	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137022	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137019	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137710	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137036	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137029	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137697	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137694	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137028	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139822	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139827	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139781	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137020	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137739	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137025	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137717	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	139807	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	137023	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	135155	BRAUN
Stacja dokująca pomp infuzyjnych	SP	135168	BRAUN

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę następujących dokumentów:

- Zał. nr 9_do SWZ_PPU,

Wszystkie zmiany treści wskazanego wyżej dokumentu zostały oznaczone kolorem czerwonym. Zmieniony dokument otrzymał nazwę:

- Zmiana_zal. nr 9_do SWZ_PPU,

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

**Dr n. med. Donata Jarmołowska
-Jurczyszyn**

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke, +48 61 61 62 753, karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl,
zampub@szoz.pl